SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 447/QĐ-BVMNĐ

Ninh Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 10/2026/TT-BYT ngày 14/5/2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của bệnh viện đã được phê duyệt tại các quyết định số: 2222/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Nam Định, Quyết định số 524/QĐ-SYT ngày 10/9/2021, Quyết định số 599/QĐ-SYT ngày 10/4/2025 và Quyết định số 1286/QĐ-SYT ngày 24/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Nam Định thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BVMNĐ ngày 08/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Nam Định về việc ban hành quy trình mua sắm tại Bệnh viện Mắt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BVMNĐ ngày 19/10/2026 của Bệnh viện Mắt Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-BVMNĐ ngày 09/11/2026 của Bệnh viện Mắt Nam Định về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026;

Căn cứ yêu cầu kỹ thuật đã được Hội đồng khoa học bệnh viện thông qua và danh mục thiết bị đang sử dụng tại bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-BVMNĐ ngày 30/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Nam Định về việc thành lập Tổ tư vấn, Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu: Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Nam Định thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Tổ tư vấn đấu thầu Bệnh viện Mắt Nam Định tại tờ trình số 02/TTr-TTV ngày 10/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bệnh viện Mắt Nam Định, Tổ Tư vấn đấu thầu bệnh viện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH

Đặng Xuân Ngọc

Phụ lục 1: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự toán mua sắm: Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-BVMNĐ ngày 11/11/2026 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Nam Định)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(VNĐ)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1.	Bệnh viện Mắt Nam Định	Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026	Lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa là máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera cho bệnh viện	560.000.000	Từ nguồn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu hợp pháp của bệnh viện	Chào giá trực tuyến rút gọn		30 ngày	Từ tháng 11/2026	Hợp đồng trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không Áp dụng
Tổng giá gói thầu				**560.000.000**								

Phụ lục 2: Danh mục hàng hóa thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự toán mua sắm: Mua bổ sung máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 447 /QĐ-BVMNĐ ngày 11/11/2026 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Nam Định)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ký, Mã hiệu, Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến (VNĐ)	Thành tiền dự kiến (VNĐ)
1.	Máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera	**1. Yêu cầu chung** - Máy mới 100%; sản xuất từ năm 2026 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng (máy chính) ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp AC sử dụng (nếu có): 220V; 50Hz (± ≤ 10%) - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% - Xuất xứ máy chính: Thuộc nhóm G7 hoặc châu Âu **2. Yêu cầu về cấu hình** - Máy sinh hiển vi phẫu thuật không có camera, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ *Tối thiểu đã bao gồm:* + Chân đế di động trên 4 bánh xe: 01 cái + Cánh tay nâng: 01 cái + Thị kính 2 mắt: 01 bộ + Vật kính: 01 bộ + Khớp nối: 01 cái + Pedan điều khiển chân: 01 cái + Bộ núm tiệt trùng: 01 bộ + Bao phủ bụi: 01 cái + Cầu chì: 02 cái + Cáp nguồn: 01 cái - Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ	OM-6	Takagi	Nhật Bản	Máy	02	280.000.000	560.000.000

		3. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản - Kính hiển vi phẫu thuật sử dụng nguồn sáng Led chiếu sáng trực tiếp. - Kính lọc: Tối thiểu 4 loại kính lọc. **** Kính hiển vi*** - Thay đổi độ phóng đại ≥3 mức - Thị kính quan sát: ≥ 12X. - Vật kính có tiêu cự F ≥ 200mm. - Tổng mức phóng đại: ≤ 5X đến ≥12X, có ≥ 3 mức lựa chọn. - Trường quan sát thực: ≤ Ø20 mm đến ≥ Ø45mm. - Ống quan sát dạng kép nghiêng 45 độ - Khoảng điều chỉnh độ nét: ≥ 30mm **** Chiếu sáng:*** - Hệ thống chiếu sáng trực tiếp hoặc tương đương. - Nguồn sáng LED. - Trường sáng ≥ Ø55 mm - Chỉnh độ sáng ≥ 9 mức. **** Chân đế, Cánh tay nâng*** - Chân đế: dạng đứng - Độ dài duỗi tối đa cánh tay: ≥ 1045mm - Hành trình dọc của cánh tay: ≥ 400mm - Kích thước đế: Khoảng 600mm x 600mm							
		Tổng cộng: 01 khoản							**560.000.000**