SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN LỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4296/QĐ-BVĐKTL

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua vật tư, sinh phẩm năm 2026 Lần 3 của bệnh viện đa khoa Tiên Lữ

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN LỮ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về việc Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tổ giúp việc mua sắm ngày 26 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua vật tư, sinh phẩm năm 2026 Lần 3 của Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Tổ giúp việc mua sắm phối hợp cùng với phòng Tổ chức-Hành chính-Tài chính và khoa Dược-VT,TBYT căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp, vi phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu của các gói thầu nêu trên phải kịp thời báo

cáo và đề xuất hướng khắc phục hoặc biện pháp xử lý bằng văn bản đến Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ để xem xét, chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, phòng Tổ chức-Hành chính-Tài chính, khoa Dược-VT,TBYT, Tổ giúp việc mua sắm và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Giám đốc
- Các Phó giám đốc
- Khoa Dược, Phòng TCHCTC, tổ giúp việc mua sắm
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN LỮ

ĐÀO KIM ÁNH

PHỤ LỤC I: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ	Gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm năm 2026 lần 3	Gói thầu Mua sắm vật tư, sinh phẩm có 35 mặt hàng, chia làm 4 phần: Phần 1: Vật tư y tế thông thường; Phần 2: Vật tư dùng cho phẫu thuật phaco Phần 3: Vật tư chạy thận Phần 4: Vật tư xét nghiệm	Phần 1: Vật tư y tế thông thường: 684.498.250 Phần 2: Vật tư dùng cho phẫu thuật phaco: 23.000.000 Phần 3: Vật tư chạy thận: 710.220.000 Phần 4: Vật tư xét nghiệm: 582.020.000	Từ nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ.	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Tháng 10 năm 2026	Theo đơn giá cố định	12 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				1.999.738.250								

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ KIẾN MUA SẮM

STT	Danh mục hàng hóa	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Quy cách	Đơn vị tính	Khối lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
	Phần 1: Vật tư y tế thông thường												
1	Ba chạc truyền dịch có dây nối	Khóa ba chạc có dây nối	GS-3034	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Romsons International (Unit-II)	Ấn Độ	Khóa ba chạc kèm dây nối 10cm, 25cm chất liệu PC + PE (Polycarbonate+ Polyethylene). Không rò rỉ với áp lực 2 bar trong 15 phút. Dung lượng 0,50ml (10cm), 1,40 ml(25cm). Dây nối chất liệu PCV chống xoắn, chịu được lực kéo đến 1.53kg. Kết nối Luer lock dương chất liệu ABS, nắp Luer Lock chất liệu PP + MB. Không độc, không chất gây sốt, Không latex. Tiệt trùng EO. Hạn dùng 5 năm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	01 cái/ túi	Cái	50	12.000	600.000
2	Bộ dây cáp máy điện tim 3 cần, 6 cần, 12 cần	Cáp điện tim dùng cho máy điện tim	K12xxN	Medke	2025 trở về sau	Shenzhen Medke Technology Co., Ltd.	Trung Quốc	Dây cáp sử dụng cho máy điện tim 3 kênh; 6 kênh, 12 kênh	01 bộ/ túi	Bộ	80	1.350.000	108.000.000
3	Bơm tiêm dùng một lần 1ml	Bơm tiêm dùng một lần 1ml	BT1.TNP	Tanaphar	2025 trở về sau	Công ty cổ phần Tanaphar	Việt Nam	Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vạch chia dung tích rõ nét ≤ 0.01ml. Vô trùng - không chứa DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 26G x 1/2", 25G x 1", 25G x 5/8", 27G x 5/8". Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016	Túi 01 cái;	Cái	2000000	735	147.000.000
4	Bông hút	Bông y tế thấm nước	BYT1	An Lành	2025 trở về sau	Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành	Việt Nam	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc. Không độc tố và không gây dị ứng, không có vi khuẩn, nấm mốc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Túi 01kg	Kg	80	150.000	12.000.000
5	Bột bó các cỡ	Bột bó các cỡ	BA10460	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 10cm. Băng được làm từ bột thạch cao liền gạc.Lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng	1 cái/túi	Cuộn	150	24.000	3.600.000

								bột. Thời gian nhúng nước 3-6 giây. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Bột đảm bảo độ mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó, không gây kích ứng da và cho tia X đi qua dễ dàng.					
6	Chỉ khâu không tiêu Nylon các số	Chỉ Carelon (Nylon) các số	M30E24 M25E24 M15E18	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT - Việt Nam	Việt Nam	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, 3/0, 4/0 dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18-24 mm. - Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. - Chỉ được nhuộm màu xanh (FDA FD&C Blue No. 2) - Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng mạo dẫn, ít gây kích ứng mô. - Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả - Tiêu chuẩn: ISO 13485 và TCVN	Hộp 12 sợi	Sợi	180	17.500	3.150.000
7	Chỉ phẫu thuật không tiêu nylon 10-0	Chỉ phẫu thuật không tiêu nylon 10-0	1406	Mani	2025 trở về sau	Mani Hanoi Co., Ltd	Việt Nam	-Chỉ khâu mắt sợi đơn Polyamide 66 số 10-0 màu đen, dài 30 cm. -Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm, đường kính 0,14mm, độ cong 3/8. -Kim làm bằng thép cứng không gỉ SUS302 được phủ silicon, đuôi kim được tạo lỗ đột bằng công nghệ laser. -Tiêu chuẩn ISO 13485,	Hộp 12 sợi	Sợi	24	189.000	4.536.000
8	Clip kẹp mạch máu các cỡ	Clip Polymer kẹp mạch máu	0301-10ML; 0301-10L; 0301-10XL	Click'aV Plus	2025 trở về sau	Grena Ltd.	Anh	Clip kẹp mạch máu được làm từ polymer cao cấp đảm bảo độ tương đương sinh học cao, có các vòng mã hóa màu của kìm để dễ nhận biết, kẹp mạch máu từ 3-16mm với các kích cỡ ML (3-10mm), L (5-13mm), XL (7-16mm)	6 cái/ vỉ	Cái	50	80.000	4.000.000
9	Cloramin B	Cloramin B	Không yêu cầu	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Shouguang Nuomeng Chemical Co.,LTD	Trung Quốc	Thành phần chính là Sodium Benzensulfochleramin, trong đó hàm lượng Clor hoạt tính: ≥25%	Thùng 25kg	Kg	180	151.200	27.216.000
10	Dây nối bơm tiêm điện dài từ 140cm trở lên	PM-O-Line	GS-3036	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Romsons	Ấn Độ	Dây nối bơm tiêm điện dài từ 140 cm, thể tích tồn dư 1.40ml, khóa kết nối luer lock. Đường kính dây (OD 2.70 & ID 0.95) chịu được áp lực cao (140 PSI), chống xoắn. Chất liệu: dây nối Poly Vinyl Chloride (PVC), Nắp luer lock cho đầu nối âm và dương: Polypropylene + Master Batch (PP+MB), Đầu nối luer lock âm Polycarbonate (PC), Đầu nối luer lock dương Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Có 8 nhãn dán với chỉ thị với 4 màu	1 cái/ Túi	Cái	400	13.440	5.376.000

								khác nhau. Tiệt trùng EO. Hạn dùng 5 năm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016					
11	Dây truyền máu	Dây truyền máu	SS-3052	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Romsons	Ấn Độ	Dây truyền máu có kim 19G, có bầu đếm giọt 2 ngăn hình trụ, bộ lọc 200 micron. Kim sắc nhọn không lỗ thông khí phù hợp với túi máu và tất cả các loại bình chứa máu tiêu chuẩn. Dây dài 150 cm chống xoắn, đường kính ID 2.75 mm, OD 3.8 mm, chất liệu dây và bầu đếm giọt PVC không gây sốt, không độc. Cổng tiêm thuốc dạng bóng bằng Isoprene. Tiệt trùng EO. Hạn dùng 4 năm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	25 cái/ túi	Bộ	50	11445	572.250
12	Dung dịch Javen	Dung dịch Javen	Không yêu cầu	Thuận Phát	2025 trở về sau	Công ty TNHH Hóa chất và TTBYT Thuận Phát	Việt Nam	Nồng độ NaOCl 10-12%, có mùi đặc trưng, màu hơi vàng	Can 30 lít	lít	180	14.000	2.520.000
13	Gạc hút	Gạc hút y tế 0.8m	GH	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Công ty TNHH ĐT&TM An Lành	Việt Nam	Gạc hút 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không độc tố, không có hóa chất tẩy trắng, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, đã được giặt sạch. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, mật độ sợi: ngang 7-9 sợi, dọc: 9-11 sợi. Trọng lượng ≥ 23g/m2. Tiêu chuẩn ISO 13485	1.000 mét/ kiện	Mét	5000	4.700	23.500.000
14	Găng tay khám các cỡ	Găng tay khám các cỡ	Không yêu cầu	Sri Trang	2025 trở về sau	Sri Trang Gloves (Thailand) Co., Ltd	Thái Lan	Găng tay y tế có bột. Tối thiểu có các cỡ: S,M,L; Chiều dài găng tay ≥ 220mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50 đôi/hộp	Đôi	30000	1.575	47.250.000
15	Gel bôi trơn	Gel bôi trơn	Merufa lube	Merufa	2025 trở về sau	Công ty Cổ phần Merufa	Việt Nam	Chất bôi trơn, tan trong nước, dùng để bôi trơn trong nội soi, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, thăm khám và bôi trơn âm đạo. Không gây dị ứng, không chứa chất dầu và chất nhờn, không có mùi hôi, không gây độc hại. Trọng lượng: 82g/ tuýp.	Tub 82ml	Tuýp	100	55.000	5.500.000
16	Gel siêu âm	Gel siêu âm APM sonic	APM-GS1	APM	2025 trở về sau	Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ	Việt Nam	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.	Can 5 lít	Lít	100	25.000	2.500.000
17	Giấy điện tim 12 cần	Giấy điện tim 12 cần	Không yêu cầu	Hải Anh	2025 trở về sau	Công ty TNHH TMDV Giấy Hải	Việt Nam	kích thước 210mmx30m	Túi 01 cuộn, thùng 48 cuộn	Cuộn	350	65.000	22.750.000

						Anh							
18	Kẹp clip cầm máu trong cắt polyp ống tiêu hóa các cỡ	Clip cầm máu liền tay (hemoclip)	ROCC-x-26-xxx-C-S	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd	Trung Quốc	Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở 11 mm hoặc 16mm. Cấu trúc rãnh trượt được giữ bằng chốt ở đầu cho phép đóng mở chắc chắn trong quá trình kẹp, thao tác dễ dàng và lực kẹp ổn định. - Sau khi bắn ra, tổng độ dài phần ngàm và phần chân clip là 10.1mm hoặc 13.3mm. Clip xoay 360 độ - Độ dài chân clip là 5mm hoặc 6mm. - Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm. - Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2.6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2.8mm. - Đóng mở được nhiều lần - Tay cầm chất liệu Acrylonitrile Butadiene Styrene - Chụp được dưới cộng hưởng từ. Tiêu chuẩn ISO 13485	1 Cái/ túi	Cái	50	550.000	27.500.000
19	Kim cấy chỉ các số	Kim cấy chỉ các số	Không yêu cầu	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Wuxi Jiajian Medical Instrument Co., Ltd	Trung Quốc	Kim cấy chỉ tiệt trùng dùng 01 lần.Thân/ống kim, lõi kim làm từ thép không gỉ. Bao gồm các cỡ: : 0.7x55mm; 0.8x58mm; 0.9x61mm. Tiêu chuẩn ISO13485	Túi 01 chiếc	Cái	120	18.900	2.268.000
20	Kim châm cứu các số	Kim châm cứu các số	Hwato	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Suzhou Medical Appliances Factory/ Trung Quốc	Trung Quốc	Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 420~680 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45 Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: 0.12≤d＜ 0.25 độ cứng (480 - 680) 0.25≤d ≤0.30 độ cứng (460 - 655) 0.30＜ d ≤0.45 độ cứng (450 - 655) 0.45＜ d ≤0.80 độ cứng (420 - 630) 200 cái/ Hộp Kích thước : 0,18mmx25mm;0.18mmx40mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm;0.25mmx30mm ; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10 cái/túi	Cái	5500000	320	176.000.000

21	Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ	Kim tiêm Tanaphar	KT18.TNP; KT20.TNP; KT23.TNP; KT25.TNP; KT26.TNP	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Công ty cổ phần Tanaphar	Việt Nam	- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP. Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016;	100 Cái/ hộp; 100 hộp/ kiện.	Cái	1200000	294	35.280.000
22	Kim nha khoa	Kim gây tê nha khoa	DN*M2721	Terumo	2025 trở về sau	Asahidai Factory of Misawa Medical Industry Co., Ltd.,	Nhật	Kim bằng thép không gỉ, đầu kim siêu nhỏ hạn chế cảm giác khó chịu và ít gây đau cho bệnh nhân. Kim có độ bền cao, khó gãy.. Size: 27G x 13/16" (0.40 x 21mm; 0,40 x 30mm).		Cái	2000	2730	5.460.000
23	Ống nội khí quản có bóng các số sử dụng 1 lần	Ống đặt nội khí quản các số	Không yêu cầu	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd/ TQ	Trung Quốc	Làm bằng nhựa PVC. Có van khóa Luer. Có đường mờ tia X cản quang chạy dọc thân ống. Đóng gói tiệt trùng từng cái riêng biệt. Bóng thể tích lớn, áp lực thấp, an toàn khi lưu lâu. Đầu nối tiêu chuẩn 15mm, có mắt phụ Murphy. Đầu vát tròn, mềm. Các số từ 3- 8. Đạt tiêu chuẩn ISO	10 cái/ hộp	Cái	100	14.700	1.470.000
24	Sonde dẫn lưu các cỡ vô khuẩn	Sonde dẫn lưu ổ bụng có lỗ	DR0507-M-01CH DR0710-M-01CH	Forte Grow	2025 trở về sau	Công ty TNHH Forte Grow Medical	Việt Nam	Chất liệu nhựa PVC y tế, ống dây mềm dẻo. Đường kính trong 5.0mm hoặc 7.0mm, đường kính ngoài: 7.0mm hoặc 10mm chiều dài 396mm. Có lỗ. Được tiệt trùng bằng EO.	1 Cái/ túi	Cái	100	11500	1.150.000
25	Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa các cỡ	Thòng lọng cắt polyp	PFS0x-xxxxx230	Microtech	2025 trở về sau	Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd	Trung Quốc	- Thòng lọng cắt polyp, tay cầm có thể xoay - Thòng lọng có có thể mở 3 kích thước trong 1 thòng lọng (10/20/30mm) - Dây lọng thiết kế dạng bện, thòng lọng loại cứng - Dây bện có kích thước 0.23 mm - Có đầu kết nối với máy đốt điện - Chiều dài làm việc 2300 mm - Tay cầm thiết kế 3 vòng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485'	1 Cái/ túi	Cái	30	510000	15.300.000
	Tổng cộng phần 1												**684.498.250**
	Phần 2: Vật tư dùng cho phẫu thuật phaco												
1	Chất nhuộm màu dùng	Chất nhuộm bao Mede-Blu	Mede-Blu	Ophthalmic	2025 trở về	Ophthalmic Technology	Ấn Độ	Thành phần: Trypan Blue Ophthalmic Solution 0.06% Độ pH từ 6,8-7,4	Lọ 1ml	Lọ	80	125.000	10.000.000

	trong phẫu thuật mắt				sau			Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016					
2	Dao lạng mộng	Dao lạng mộng PE3630	PE3630	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Oasis Medical, Inc.	Mỹ	Dao dùng để mổ mộng thịt và cắt bè củng mạc Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	6 cái/ hộp	Cái	50	260.000	13.000.000
	Tổng cộng phần 2												**23.000.000**
	Phần 3: Vật tư chạy thận												
1	Dây lọc máu cho máy HDF	Dây dẫn máu 5008	F00000384	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Fresenius Medical Care Srbija d.o.o.	Serbia	- Sử dụng tương thích với máy HDF online 5008s. - 1 bộ dây bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch, dây safeline - Thể tích làm đầy: khoảng 132 ml. - Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế, không chứa DEHP - Tiệt trùng bằng tia Beta. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Xuất xứ: Châu Âu	20 bộ/ thùng	Bộ	600	273.000	163.800.000
2	Dung dịch khử trùng quả lọc thận	Dung dịch khử trùng quả lọc thận	VERTEXID	VERTEXID	2025 trở về sau	Baloxy Thai Integral Co., Ltd	Thái Lan	- Peracetic Acid: 5 % - Hydrogen Peroxide: 26,53% - Acetic Acid: 7,83% Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	Can 5 lít	Can	30	1.734.000	52.020.000
3	Kim chạy thận nhân tạo	Kim chạy thận nhân tạo	BAIN-A.V.F-002	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd	Trung Quốc	- Kích thước 16G - Chiều dài kim 25± 2mm, ID: 3.2-OD: 5.0, ống dài 300mm. - Kim siêu mỏng và được phủ silicone giúp đâm xuyên dễ dàng - Kim làm bằng thép không gỉ - Đoạn ống được làm bằng nhựa y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe - Tiệt trùng bằng khí E.O	Thùng 500 chiếc	Cái	30000	5.000	150.000.000
4	Quả lọc dịch siêu sạch cho máy HDF	Quả lọc dịch (Diasafe plus)	5008201	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH St. Wendel Plant/ Fresenius Medical Care AG	Đức	- Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone - Diện tích màng 2.2m² - Chất liệu vỏ: Polypropylene - Chất liệu 2 đầu (nắp): Polyurethane - Thông số lọc: 5mL/min mm HG (3.75L/min bar; max. 2 bar) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	10 quả/ 1 thùng	Quả	20	2.730.000	54.600.000

5	Quả lọc thận nhân tạo cho máy HDF	Quả lọc thận nhân tạo cho máy HDF	720DH16G	Không yêu cầu	2025 trở về sau	B.Braun Avitum AG	Đức	- Hiệu suất màng với tốc độ máu 300 ml/phút. - Diện tích màng lọc: 1.6m². - Thể tích mồi: 100 ml - Hệ số siêu lọc: 85 ml/h/mmHg - Độ thanh thải: + Urea: 270 ml/phút, + Creatinine: 248 ml/phút, + Phosphate: 230 ml/phút + Vitamin B12: 166 ml/phút + Inulin: 106 ml/phút - Chất liệu màng: α polysulfone Pro. - Tiệt trùng: tia Gamma không Oxy - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	20 quả/ thùng	Quả	600	483000	289.800.000
	Tổng cộng phần 3												**710.220.000**
	Phần 4: Vật tư xét nghiệm												
1	IVD làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học	HIT Cleanser	315-464	HIT Cleanser	2025 trở về sau	mti-diagnostics GmbH	Đức	Thành phần chính: Detergent < 0.5% Sodium chloride < 1.0% Buffer < 0.3% Preservative < 0.4% Proteolytic enzyme < 2.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Chai 1 lít	Chai	72	2.810.000	202.320.000
2	Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số	Urodip 11P	315-470	Urodip 11P	2025 trở về sau	mti-diagnostics GmbH	Đức	Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2.6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2.4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg.	Hộp 100 test	Test	40000	8.420	336.800.000

								pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016					
3	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine	Creatinine	557-172	Không yêu cầu	2025 trở về sau	Mti-diagnostics GmbH	Đức	Phương pháp: Jaffe Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 2500 µmol/I Giới hạn phát hiện: 0,1mg/dl (8,8 µmol/l) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 25 mmol/L Creatinine Standard : 2 mg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	R1: 4x66ml R2: 4x16ml	Hộp	20	2.145.000	42.900.000
	Tổng cộng phần 4												**582.020.000**
	Tổng cộng giá gói thầu												**1.999.738.250**