SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 9693/QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự toán mua sắm: Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán thu- chi năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 7680/QĐ-BVĐKBN2 ngày 10/8/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 9568/QĐ-BVT ngày 07/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại tờ trình ngày 08/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (bà) tổ trưởng tổ chuyên gia gói thầu Mua sắm các loại nhiệt kế, nhiệt ẩm kế, chỉ thị đông băng điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu TCKT, VT;

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Hạ Bá Chân

Phụ lục 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 9693/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026	Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	262.270.000	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
Tổng giá gói thầu: 262.270.000 VND. *(Số tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu,hai trăm bảy mươi nghìn đồng./.)*												

Phụ lục 02: Danh mục mua sắm, tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Dự toán mua sắm: Mua sắm các thiết bị theo dõi, giám sát và cảnh báo nhiệt độ năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 9693/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn vị tính	Giá kế hoạch (VND)	Thành Tiền (VND)
1	Chỉ thị đông băng điện tử	- Dải đo tối thiểu trong khoảng: từ -20°C đến +55°C - Có màn hình hiển thị - Có cảnh báo khi nhiệt độ dưới 0°C trong ≤60 phút	Freeze - tag	Berlinger & Co. AG (Thuộc tập đoàn Sensitech)	Malaysia	05	Cái	550.000	2.750.000
2	Nhiệt ẩm kế	- Dải đo tối thiểu trong khoảng: nhiệt độ từ -20°C đến -40°C, độ ẩm từ 10% RH đến 90% RH. - Độ chính xác: nhiệt độ ≤ ±1°C, độ ẩm ≤ ±2% - Kích thước: hình tròn Ø 20cm (±10%)	Tanita TT513	Tanita	Trung Quốc	06	Cái	220.000	1.320.000
3	Nhiệt ẩm kế tự ghi	- Dải đo tối thiểu trong khoảng: nhiệt độ từ -40°C đến +85°C, độ ẩm từ 0% RH đến 100% RH. - Độ chính xác: nhiệt độ ≤ ±0.3°C (từ -20°C đến +40°C), ≤ ±0.5°C (khác), độ ẩm ≤ ±3%RH (25°C, từ 20% RH đến 80% RH), ≤ ±5% RH (khác)	GSP-6 PRO	Elitech	Trung Quốc	52	Cái	1.800.000	93.600.000

STT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn vị tính	Giá kế hoạch (VND)	Thành Tiền (VND)
		- Dung lượng ghi: ≥ 100.000 điểm - Khoảng thời gian ghi: từ 10 giây đến 24 giờ (Tùy chọn và có thể được cài đặt trong phần mềm) - Giao diện dữ liệu: Type-C, sử dụng bluetooth kết nối với ứng dụng. - Cảnh báo: Khi nhiệt độ, độ ẩm vượt quá ngưỡng cao nhất hoặc thấp hơn ngưỡng thấp nhất đã cài đặt. - Nguồn điện: Pin: 1.5V AA hoặc được cấp nguồn qua USB							
4	Phích vắc xin	- Dung tích lưu trữ vắc-xin: ≥ 2.5 lít. - Vật liệu chế tạo phích (bên trong và bên ngoài): Polypropylene - Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane - Kiểu nắp phích: Nắp có thể tháo rời, có thiết kế chốt khoá xoay.	Gio'style VC 2.6 L	Giostyle S.p.A.	Italia	02	Cái	4.000.000	8.000.000
5	Thiết bị ghi và theo dõi nhiệt độ tự động điện tử	'Thiết bị theo dõi nhiệt độ điện tử kèm dây cảm biến, có cổng USB trích xuất dữ liệu - Dải đo nhiệt độ tối thiểu trong khoảng từ -10°C đến +55°C	Fridge-tag 2E. Cảm biến ngoài	Berlinger & Co. AG (Thuộc tập đoàn Sensitech)	Malaysia	02	Cái	5.500.000	11.000.000

STT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn vị tính	Giá kế hoạch (VND)	Thành Tiền (VND)
		- Độ chính xác: ≤ ±0.5°C (từ -30°C đến +40°C), ≤ ±0.8°C (khác) - Độ phân giải ≤ 0.1°C - Bộ nhớ: ≥ 30 ngày lưu giữ trên màn hình - Kiểu báo động: Hình ảnh - Pin Lithium							
6	Thiết bị giám sát và cảnh báo nhiệt độ	Bộ sản phẩm bao gồm: Thiết bị chính, cáp kết nối, adapter 5V/2A, 4 pin, sách hướng dẫn, chân đế. - Dải đo nhiệt độ tối thiểu trong khoảng từ -20°C đến 60°C - Độ chính xác: ≤ ±0.3°C - Độ phân giải: ≤ 0.1°C và ≤ 1%RH - Bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn trên thiết bị - Có chuông cảnh báo trên thiết bị - Cảnh báo quá nhiệt độ, mất điện qua ứng dụng di động, Email. - Lưu trữ dữ liệu trên tài khoản Cloud: ≥ 200MB - Kết nối với Cloud thông qua WiFi	Dalian WS3 Pro. Model: WS3 Pro	Dalian Justin Technology Co., Ltd	Trung Quốc	16	Cái	5.350.000	85.600.000

STT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn vị tính	Giá kế hoạch (VND)	Thành Tiền (VND)
		- Giám sát và download báo cáo từ xa qua internet, ứng dụng. - Nguồn điện: 4 x Pin AA/ DC USB (5V/2A)							
7	Dây cảm biến nhiệt độ	- Dải đo nhiệt độ tối thiểu trong khoảng từ -55°C đến 125°C - Độ chính xác: ≤ ±0.5°C - Chiều dài dây: ≥ 3m - Chống nước: tiêu chuẩn IP68 hoặc cao hơn. - Thiết kế kết nối Micro-USB - Dùng được với mặt hàng STT 06. Thiết bị giám sát và cảnh báo nhiệt độ	DS18B20-3M-VN Model: DS18B20-3M-VN	Dalian Justin Technology Co., Ltd	Trung Quốc	32	Cái	850.000	27.200.000
8	Dây chia Micro USB	- Một dây chia mở rộng ra 2 cổng - Dùng được với mặt hàng STT 06. Thiết bị giám sát và cảnh báo nhiệt độ	SPC-U	Dalian Justin Technology Co., Ltd	Trung Quốc	32	Cái	350.000	11.200.000
9	Đèn còi cảnh báo tại chỗ	- Cảnh báo đèn còi ≥ 90dB - Kết nối được với mặt hàng STT 06. Thiết bị giám sát và cảnh báo nhiệt độ	UB-MA-N1-USB	Dalian Justin Technology Co., Ltd	Trung Quốc	16	Cái	1.350.000	21.600.000
Tổng cộng:									**262.270.000**
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn./.)									