CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế

Căn cứ E-HSMT có TBMT: IB2600585430. Tên gói thầu: 645 danh mục vật tư y tế

Sau khi nghiên cứu E-HSMT của chương V. Yêu cầu kỹ thuật, Công ty nhận thấy có điểm chưa rõ và cần được Quý Bệnh Viện làm rõ như sau:

Nội dung yêu cầu kỹ thuật:

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Thông số kỹ thuật	Nội dung yêu cầu làm rõ
481	PP2600450162	Mặt nạ 4 điểm xạ trị cổ-vai	Sử dụng để cố định cổ-vai trong xạ trị phổi tư thế nằm ngửa. -Chất liệu: nhựa chịu nhiệt/Nhựa Polycaprolactone (PCL) dạng lưới có đặc tính giữ nguyên hình ở nhiệt độ thường và hoá dẻo ở nhiệt độ 50-70 độ C, bề mặt chống dính, có lỗ thông ở mũi, không gây kích ứng da. Khung mặt nạ được làm bằng nhựa Acrylonitrile Butadien Styrene (ABS) -Độ dày nằm trong khoảng từ 2.4 mm - 3.2 mm. -Tỉ lệ đục lỗ nằm trong khoảng từ 22 - 42% -Tương thích với hệ thống cố định bệnh viện	Đề nghị Quý Bệnh viện làm rõ tiêu chí kỹ thuật **Có lỗ thông mũi.** Vì Mặt nạ chỉ cố định vùng cổ đến vai (ngực) không cố định vùng đầu.

Kính mong nhận được văn bản phản hồi và làm rõ từ Quý Bệnh viện trong thời gian quy định để Công Ty có cơ sở lập hồ sơ dự thầu chính xác, tuân thủ đúng yêu cầu của E-HSMT.

Trân trọng cảm ơn./.