Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế**

Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ tham dự Gói thầu: 645 danh mục vật tư y tế, Mã TBMT **IB2600585430**

Chúng tôi hiện có nội dung cần làm rõ trong E-HSMT, kính đề nghị Quý Bệnh viện xem xét và phản hồi như sau:

STT	Mã phần (lô)	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật trong E-HSMT	Nhà thầu yêu cầu làm rõ
1	**PP2600449716**	Băng kháng khuẩn cho vết thương sâu chứa Dialkycarbamoyl Chloride kích thước 5cm x 20cm	Kích thước: 5cm x 20cm - Thành phần: vải cotton với màng xanh Dialkycarbamoyl Chloride kiểm soát và ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả. - Phù hợp cho các vết thương trên diện rộng, sâu.	Tại phần lô **PP2600449716** của E-HSMT mặt hàng **Băng kháng khuẩn cho vết thương sâu chứa Dialkycarbamoyl Chloride kích thước 5cm x 20cm có quy định chiều dài 20cm.** Sau khi nghiên cứu HSMT tại chương V - Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết và đối chiếu với đặc tính sử dụng thực tế, chúng tôi nhận thấy kích thước 5cm x 20cm còn hạn chế đối với các **vết thương có độ sâu, độ lõm lớn đặc biệt vết thương hang hốc.** Khi sử dụng cho những vết thương này, chiều dài 20cm có thể không đủ để lấp đầy khoang vết thương, dẫn đến phải sử dụng nhiều đơn vị sản phẩm, làm tăng thời gian thao tác và gây khó khăn khi lấy băng ra trong quá trình thay băng. Trong khi đó, kích thước 5cm x 200cm cho phép điều chỉnh chiều dài linh hoạt theo độ sâu và kích thước vết thương, thuận tiện cho việc sử dụng, thay băng và tránh để sót dị vật trong vết thương. Đồng thời, sản phẩm cũng có thể phù hợp với các vết thương có diện tích rộng. Kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét, chấp thuận điều chỉnh hoặc đính chính thông số kỹ thuật của **Băng kháng khuẩn cho vết thương sâu chứa Dialkycarbamoyl Chloride** để nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế, tạo điều kiện cho các sản phẩm phù hợp tham gia dự thầu và đảm bảo tính cạnh tranh của gói thầu. Rất mong nhận được văn bản làm rõ từ Quý Bệnh viện theo đúng thời gian quy định. Xin trân trọng cảm ơn./.