SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Số: 620/QĐ-BVĐKĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06: Vật tư dùng trong chuyên khoa hồi sức tích cực, thuộc Dự toán mua sắm: Vật tư tiêu hao hóa chất năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 349/2026/ NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT- BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-SYT ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị y tế, công cụ dụng cụ công nghệ thông tin và vật tư y tế;

Căn cứ báo giá của các nhà cung cấp;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-BVĐKĐG ngày 14/ 09/2026 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 06: Vật tư dùng trong chuyên khoa hồi sức tích cực;

Theo đề nghị của Hội đồng mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị y tế, công cụ dụng cụ công nghệ thông tin và vật tư y tế tại Tờ trình ngày 15/ 09/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06: Vật tư dùng trong chuyên khoa hồi sức tích cực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06: Vật tư dùng trong chuyên khoa hồi sức tích cực, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Tài chính kế toán, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (để thực hiện),
- Lưu: phòng VTTB, TCKT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Đỗ Đình Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 620/QĐ-BVĐKĐG ngày 17/09/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện Đa khoa Đức Giang	**Gói thầu 06 :** Vật tư dùng trong chuyên khoa hồi sức tích cực	Mua Vật tư dùng trong chuyên khoa hồi sức tích cực phục vụ công tác khám chữa bệnh	**451.080.000**	Nguồn thu đơn vị	Chào giá trực tuyến rút gọn		30 ngày	Quý III năm 2026	Theo đơn giá cố định	180 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu 06: 451.080.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi mốt triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) (Giá đã bao gồm các loại thuế, phí)*				**451.080.000**									

PHỤ LỤC
DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU
(Kèm theo Quyết định số 627/QĐ-BVĐKĐG ngày 17 tháng 09 năm 2026)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Số lượng	Đơn giá có VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	**Canuyn mở khí quản**									**12.000.000**
	Canuyn mở khí quản	Cái	Được làm bằng nhựa PVC không độc. Có bóng, cong 90 độ. Đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Không có cao su. Sử dụng 1 lần. Có các số từ 5.0 đến 9.0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	HTC0550C; HTC0555C; HTC0560C; HTC0565C; HTC0570C; HTC0575C; HTC0580C; HTC0585C.	Hitec	Hitec Medical Co., Ltd	Trung Quốc	150	80.000	12.000.000
2	**Đầu phun khí dung và Adapter chữ T kết nối với bầu phun khí dung**									**60.600.000**
	Đầu phun khí dung và Adapter chữ T kết nối với bầu phun khí dung	Cái	**Đầu phun khí dung màng rung dao động bằng điện (Vibronic)** '-Đầu phun sử dụng cho 1 bệnh nhân. -Sử dụng công nghệ màng rung dao động điện – màng rung đục 1000 lỗ nhỏ, dao động với tần số 128 000 lần/giây. -Kích thước hạt khí dung rất nhỏ, lắng đọng thuốc đến tận phế nang. -Không tăng nhiệt độ quá 10°C so với nhiệt độ bình thường. Thông số kỹ thuật: .Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 67 x 48 x 25 mm .Cân nặng đầu phun: 13,5 g .Thể tích chứa thuốc: 6 mL -Thông số hiệu quả hoạt động: .Kích thước hạt trung bình: 3,1 µm .Tốc độ phun thuốc: > 0,2 mL/phút .Thể tích cặn thấp: < 0,1 ml khi phun 3ml thuốc .Độ ồn khi hoạt động: < 35 dB, đo ở khoảng cách 0,3 m - Chỉ định sử dụng cho 1 bệnh nhân, tối đa 28 ngày không liên tục (chỉ định thông thường 4 lần/ngày), 7 ngày liên tục CO NỐI CHỮ T (gắn với đầu phun khí dung Aerogen) - Co chữ T loại dùng 1 lần cho máy phun khí dung. - Người lớn: Aerogen Solo T-piece 22mm (mã số: AG-AS3010). khoảng chết ~34.3mL - Trẻ em: Aerogen Solo T-piece 15mm (mã số: AG-AS3020), khoảng chết ~19.5mL - Sơ sinh: Aerogen Solo T-piece 10mm (mã số: AG-AS3036), khoảng chết ~14.8mL	**AG-AS3200+ AG-AS3010 AG-AS3020 AG-AS3036**	AEROGEN SOLO	AEROGEN	Ireland	30	2.020.000	60.600.000
3	**Quả lọc hấp phụ cytokin**									**118.800.000**

	Quả lọc hấp phụ cytokin	Quả	- Thể tích hấp phụ: 350±15mL - Vật liệu vỏ: PC - Nắp quả lọc và miếng đệm mesh được làm từ Polypropylene - Vật liệu hấp phụ: Styrene Divinylbenzene resin (styrene-divinylbenzene copolymer hay polystyrene divinylbenzene) - Thể tích khoang máu: 175±25ml - Phương thức khử trùng: Hấp tiệt trùng - Vật liệu phủ: PVP (Polyvinylpyrrolidone) - Lưu lượng máu tối đa tới 250mL/phút - Dải hấp phụ: 500Da-60kDa - Diện tích hấp phụ: 135.000m2 - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, MDR	MG350	Biosky	Foshan Biosun Medical Technology Co.,Ltd	Trung Quốc	12	9.900.000	118.800.000
4	**Bao chi dùng cho máy dự phòng huyết khối**									**19.800.000**
	Bao chi dùng cho máy dự phòng huyết khối	Bộ	Bao chi đùi dùng cho máy bơm hơi áp lực ngắt quãng: Có 4 kích cỡ S, M, L, B. Các size tương ứng với chiều dài vòng bắp đùi của bệnh nhân. - Chất liệu vải vòng polyester, xốp, tricot. Tính năng mềm mại, thoải mái, thấm hút mồ hôi. Thiết kế dạng bao nhỏ giúp phân tán đều áp lực. - Size nhỏ kích thước đùi lên tới 55 cm. - Size trung bình kích thước đùi 55cm đến 73 cm. - Size lớn kích thước đùi 73 cm đến 91 cm. - Size cực lớn kích thước đùi 91 cm đến 106 cm. - Máy có thể tạo 3 mức áp lực nén là 45mmHg-40mmHg - 30 mmHg. - Đạt chứng nhận: CE và FDA - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	830SSQ;830 MSQ;830LSQ ;830BSQ	MedHealth Medical Limited	MedHealth Medical Limited	China	12	1.650.000	19.800.000
5	**Bộ mở khí quản qua da tại giường bằng bộ nong**									**47.880.000**
	Bộ mở khí quản qua da tại giường bằng bộ nong	Bộ	Bộ mở khí quản 2 nòng dùng mở khí quản nong qua da - 01 ca-nuyn, có bóng, không cửa sổ, kết nối với máy thở qua co nối 15mm của ca-nuyn, không kết nối qua nòng trong + Chất liệu: nhựa PVC, không chứa DEHP, cánh trong suốt + 2 cỡ thông dụng 7, 8, cong 105 độ ± 5%, + Bóng thành mỏng (0.06mm ± 5%) - Đi kèm 20 loại linh kiện: 1 kéo nong; 2 nòng trong không co 15mm, có mấu ngoắt; 1 cây nong nhỏ 14F; 1 cây nong lớn 38F hình chữ S, có lỗ luồn catheter ở mặt bên; 1 dao mổ an toàn; 1 bơm tiêm 5ml; 1 bơm tiêm 10ml; 1 kim tiêm; 1 kim tiêm kèm cannula; 1 dây dẫn kèm dụng cụ luồn; 1 catheter dẫn đường; 1 cây chèn lớn; 1 cây chèn nhỏ; 1 dây cố định; 1 chổi vệ sinh nòng trong; 10 gạc; 1 gạc cho ống mở khí quản; 1 tấm trải vô trùng, 1 nút hủy kim, 1 dụng cụ ngắt co nối * Xuất xứ OECD, đạt chứng chỉ lưu hành CFS G7	101/561/070; 101/561/080; 101/561/090	Smiths	Smiths	Mexico	6	7.980.000	47.880.000
6	**Bộ theo dõi huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt**									**192.000.000**

6.1	Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ	Bộ	- Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài sử dụng: 200mm - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm - Chiều dài của kim dẫn: + Kim 18G/ chiều dài 80 mm + Kim 20G/ chiều dài 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm	PV2015L20-A	Pulsion Medical Systems SE	Pulsion Medical Systems SE	Đức	16	9.000.000	144.000.000
6.2	Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt	Bộ	- Theo dõi huyết áp động mạch đáng tin cậy - Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO - Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra - Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm - Tiệt trùng bằng Ethylene oxide - Cảm biến nhiệt độ đầu vào PiCCO - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinylchlorid (PVC), ABS - Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s)	PV8215	Pulsion Medical Systems SE	Pulsion Medical Systems SE	Đức	16	3.000.000	48.000.000
	Thành tiền:									**451.080.000**
	Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi mốt triệu không trăm tám mươi nghìn đồng (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí nếu có)									