CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2026

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

V/v: Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 – Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH SXKT Cà Mau cho Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau

Kính gửi: BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH CÀ MAU

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giá;

- Căn cứ E-HSMT số IB2600599435-00 phát hành ngày 04/11/2026;

- Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 70/BC.HSDT.CT-TVGS ngày 17/11/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn GSXD Cà Mau;

- Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-BVQDY ngày 20/11/2026 của Giám đốc Bệnh viện Quân dân y tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH SXKT Cà Mau cho Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau;

Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Vật tư Y tế TNK (sau đây gọi tắt là *"Nhà thầu"*) là đơn vị đã tham dự Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự toán Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH SXKT Cà Mau cho Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau.

Ngày 20/11/2026, Nhà thầu được biết Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên. Theo đó, Nhà thầu bị đánh giá không trúng thầu với lý do: *"Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật"* và lý do cụ thể được nêu Báo cáo đánh giá E-HSDT số 70/BC.HSDT.CT-TVGS ngày 17/11/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn GSXD Cà Mau (sau đây gọi tắt là *"Tổ chuyên gia/Đơn vị tư vấn"*).

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo đánh giá E-HSDT, Nhà thầu nhận thấy quá trình đánh giá của Tổ chuyên gia còn mang tính chủ quan, áp đặt, chưa tuân thủ nguyên tắc làm rõ E-HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp cũng như uy tín thương mại của Nhà thầu.

Bằng văn bản này, Nhà thầu chính thức kiến nghị Chủ đầu tư xem xét lại kết quả đánh giá E-HSDT với các cơ sở lập luận cụ thể như sau:

1. Về tính pháp lý và giá trị chứng minh của Thư xác nhận từ Nhà sản xuất

Trong Báo cáo đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia nhận định đối với thiết bị **Máy phân tích điện giải**: *"Các thông số kỹ thuật của nhà thầu đính kèm thư xác nhận trong E-HSDT là không đúng theo catalogue mà nhà thầu đính kèm, thư xác nhận này có dấu hiệu không phải do nhà sản xuất Biobase phát hành chính thức, do đó khi đánh giá thông số kỹ thuật, tư vấn xét thầu đánh giá trên catalogue mà nhà thầu cung cấp."*

Nhà thầu hoàn toàn không đồng tình với nhận định này:

- Thứ nhất, sự suy đoán thiếu căn cứ pháp lý và vi phạm nguyên tắc đánh giá E-HSDT: Việc Tổ chuyên gia tự ý nhận định *"thư xác nhận có dấu hiệu không phải do nhà sản xuất Biobase phát hành chính thức"* chỉ dựa trên cảm quan cá nhân mà **không đưa ra được bất kỳ bằng chứng xác thực nào** là hoàn toàn thiếu cơ sở. Trong hoạt động đấu thầu, mọi kết luận loại bỏ nhà thầu đều phải dựa trên bằng chứng khách quan, minh bạch; không được phép sử dụng các nhận định mang tính suy đoán ("có dấu hiệu") để phủ nhận tính hợp lệ của tài liệu do nhà thầu cung cấp.

- Thứ hai, bỏ qua quy trình làm rõ E-HSDT bắt buộc theo quy định pháp luật: Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP và E-HSMT đã phát hành quy định tại "*Chương I, điều 23: Làm rõ E-HSDT, Mục 23.5: Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc **có nội dung chưa rõ** thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT*". Nhà thầu không nhận được yêu cầu làm rõ đối với nghi vấn về tính xác thực của tài liệu Thư xác nhận của Nhà sản xuất Biobase trước khi kết quả đánh giá được phê duyệt. Tổ chuyên gia tự ý bác bỏ tài liệu, dựa trên nhận định mang tính suy đoán ("có dấu hiệu") cụ thể *"Các thông số kỹ thuật của nhà thầu đính kèm thư xác nhận trong E-HSDT là không đúng theo catalogue mà nhà thầu đính kèm, thư xác nhận này có dấu hiệu không phải do nhà sản xuất Biobase phát hành chính thức, do đó khi đánh giá thông số kỹ thuật, tư vấn xét thầu đánh giá trên catalogue mà nhà thầu cung cấp."* để áp đặt đánh giá trên Catalogue. Việc không gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT như vậy có đúng quy trình không? Đề nghị làm rõ lý do việc không gửi yêu cầu làm rõ?

2. Về sự đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT

Căn cứ hồ sơ E-HSDT đã nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, toàn bộ thông số kỹ thuật của hàng hóa do Nhà thầu chào đều đáp ứng đầy đủ, chính xác yêu cầu của E-HSMT và được chứng minh bằng Thư xác nhận của Nhà sản xuất, cụ thể như sau:

Đặc tính thông số kỹ thuật trong E-HSMT	Đặc tính thông số kỹ thuật trong E-HSDT	Tài liệu tham chiếu	Đánh giá
Máy điện tim 6 kênh			
Hệ số khử nhiễu đồng pha: ≥ 103 dB	Hệ số khử nhiễu đồng pha: ≥ 103 dB	Đính kèm Thư xác nhận của nhà sản xuất theo E-HSDT. *(Đính kèm theo văn bản này)*	Đáp ứng
Máy phân tích điện giải			
Thể tích mẫu: ≤ 60 µL đến ≤ 120 µL	Thể tích mẫu: 60 µL đến 120 µL	Đính kèm Thư xác nhận của nhà sản xuất theo E-HSDT. *(Đính kèm theo văn bản này)*	Đáp ứng
Công nghệ cảm biến & Bảo trì: - Công nghệ đa cảm biến sinh học MBT tiên tiến - Không cần bảo trì điện cực	Công nghệ đa cảm biến sinh học MBT		

	tiên tiến - Không cần bảo trì điện cực		
Nhận dạng thuốc thử: Tự động bằng thẻ từ RFID	Tự động bằng thẻ từ RFID		
Nhận dạng mẫu: Nhập tay, mã vạch (tùy chọn)	Nhập tay, mã vạch		

3. Kiến nghị

Nhằm đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là **cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế**, Nhà thầu trân trọng kính đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau xem xét, giải quyết các nội dung sau:

- **Yêu cầu Đơn vị tư vấn (Tổ chuyên gia)** đưa ra cơ sở pháp lý và bằng chứng thực tế khi đưa ra nhận định mang tính quy chụp rằng Thư xác nhận của hãng Biobase *"có dấu hiệu không phải do nhà sản xuất phát hành chính thức"*
- **Đánh giá lại E-HSDT** của Nhà thầu để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Nhà thầu và giúp Chủ đầu tư lựa chọn được đơn vị cung cấp thiết bị có chất lượng và giá thành tối ưu nhất.

Rất mong nhận được sự xem xét khách quan, công tâm và phản hồi bằng văn bản của Quý Bệnh viện trong thời hạn luật định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 0317826451 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VẬT TƯ Y TẾ TKN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Dũng

BIOBASE

Biobase Biodustry (Shandong) Co.,Ltd

ADDRESS: Mingshui Economic Development Zone, Zhangqiu District, Jinan City (Biobase Industrial Park in a intersection of East Jingshi Road and Mingbu Road), Shandong, China

Date: 09 November, 2026

Ngày 09 tháng 11 năm 2026

CONFIRMATION LETTER

Thư xác nhận

To: Whom It May Concern

Gửi: Những bên liên quan

We, Biobase Biodustry (Shandong) Co.,Ltd address Mingshui Economic Development Zone, Zhangqiu District, Jinan City (Biobase Industrial Park in a intersection of East Jingshi Road and Mingbu Road), Shandong, China is manufacturer for Electrolyte Analyzer, model: BKE-E. We hereby confirm that as following content:

Chúng tôi, Biobase Biodustry (Shandong) Co.,Ltd địa chỉ: Mingshui Economic Development Zone, Zhangqiu District, Jinan City (Biobase Industrial Park in a intersection of East Jingshi Road and Mingbu Road), Shandong, Trung Quốc, là nhà sản xuất của Máy phân tích điện giải model BKE-E. Chúng tôi xin xác nhận nội dung sau đây:

1. Testing throughput: 100 samples per hour, utilizing advanced Multi-Biosensor Technology (MBT) without requiring electrode maintenance

1. Tốc độ xét nghiệm: 100 mẫu mỗi giờ sử dụng công nghệ đa cảm biến sinh học MBT tiên tiến, không cần bảo trì điện cực.

2. Sample volume: 60 µL to 120 µL

2. Thể tích mẫu: 60 µL đến 120 µL

3. Quality Control (QC): Three-level quality control.

3. QC: 3 mức

4. Measuring Range (*Dải đo*):

Urine sample (*Mẫu nước tiểu*): Na+: 130 - 260 mmol/L

K+: 25 - 100 mmol/L

Cl-: 140 - 260 mmol/L

5. Connection interfaces: RS232 & COM ports, allowing connection to a computer and a barcode scanner

5. Giao diện kết nối: Cổng RS232 & COM, có thể kết nối máy tính và đầu đọc mã vạch

6. Reagent identification: Automatic identification using RFID cards

6. Nhận dạng thuốc thử: Nhận dạng tự động bằng thẻ từ RFID

7. Sample Identification: Manual entry, Barcode scanner

7. Nhận dạng mẫu: Nhập tay, mã vạch

8. pH value used for calcium ion calibration.

8. Chỉ số pH được sử dụng để hiệu chuẩn ion canxi

We further declare that the above statement is true and correct.

Chúng tôi xin tuyên bố rằng tuyên bố trên là đúng sự thật và chính xác

Sincerely,

Trân trọng

Legitimate representative of Product owner

(Đại diện hợp pháp của chủ sở hữu sản phẩm)

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 20.....

TRISMED
Satisfaction Superiority Specialization
TRISMED CO., LTD

409 SMECA, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon
34016, Republic of Korea
Tel. : +82-42-936-7201 Fax. : +82-42-936-7202
E-mail :trismed@trismed.com URL : www.trismed.com

Date: November 09th, 2026
Ngày 09 tháng 11 năm 2026

CONFIRMATION LETTER

THƯ XÁC NHẬN

To: Whom It May Concern

Gửi: Những ai quan tâm

We, **Trismed Co., Ltd** address **409 SMECA, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34016, Repulic of Korea** is manufacturer for Electrocardiograph, model: CARDIPIA400H. We hereby confirm that as following content:

*Chúng tôi, **Trismed Co., Ltd** địa chỉ: **409 SMECA, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34016, Hàn Quốc**, là nhà sản xuất của Máy điện tim, model: CARDIPIA400H. Chúng tôi xin xác nhận nội dung sau đây:*

1. Common-mode rejection ratio (CMRR): ≥ 103 dB.
   Hệ số khử nhiễu đồng pha: ≥ 103dB
2. Polarization voltage: ±600 mV.
   Điện áp phân cực: ± 600mV
3. A/D conversion: 24 bits.
   Chuyển đổi A/D: 24 bits.
4. AC filter: 50 and 60 Hz, -20 dB.
   Bộ lọc AC: 50 và 60Hz, -20dB
5. Muscle filter: 25 and 35 Hz, -3 dB.
   Bộ lọc cơ: 25 và 35 z, -3dB.
6. Drift filter 0,5Hz, -3dB.
   Bộ lọc trôi/lệch: 0,5Hz, -3dB.
7. Resolution: 800 × 480 pixels.
   Độ phân giải: 800 × 480 pixel.
8. Operation: The device is started by using the screen or touch keys.
   Hoạt đông: Khởi động thiết bị bằng màn hình hoặc phím chạm
9. I/O interface: LAN port: 10/100Base-TX, USB ports: 2 (1 for the Wi-Fi adapter card).
   Giao diện I/O: Cổng LAN (10/100base TX), Cổng USB x 2 (1 cho thẻ chuyển đổi wifi)

We futher declare that the above statement is true and correct.

Chúng tôi xin tuyên bố rằng tuyên bố trên là đúng sự thật và chính xác.

Sincerely,

Trân trọng

Legitimate representative of Product owner

(Đại diện hợp pháp của chủ sở hữu sản phẩm)

M.S.D.N: 0108374064-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC
Q.HOÀNG MAI-T.PHỐ HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Đào Văn Bắc

TRISMED CO., LTD.

Name : Hoon kyeu Lee, Ph.D.

Position : President/CEO

TRISMED
Satisfaction Superiority Specialization
TRISMED CO., LTD

409 SMECA, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon
34016, Republic of Korea
Tel. : +82-42-936-7201 Fax. : +82-42-936-7202
E-mail :trismed@trismed.com URL : www.trismed.com

Date: November 09th, 2026
Ngày 09 tháng 11 năm 2026

CONFIRMATION LETTER

THƯ XÁC NHẬN

To: Whom It May Concern

Gửi: Những ai quan tâm

We, **Trismed Co., Ltd** address **409 SMECA, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34016, Repulic of Korea** is manufacturer for Electrocardiograph, model: CARDIPIA400H. We hereby confirm that as following content:

*Chúng tôi, **Trismed Co., Ltd** địa chỉ: **409 SMECA, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34016, Hàn Quốc**, là nhà sản xuất của Máy điện tim, model: CARDIPIA400H. Chúng tôi xin xác nhận nội dung sau đây*:

1. Common-mode rejection ratio (CMRR): ≥ 103 dB.
   Hệ số khử nhiễu đồng pha: ≥ 103dB
2. Polarization voltage: ±600 mV.
   Điện áp phân cực: ± 600mV
3. A/D conversion: 24 bits.
   Chuyển đổi A/D: 24 bits.
4. AC filter: 50 and 60 Hz, -20 dB.
   Bộ lọc AC: 50 và 60Hz, -20dB
5. Muscle filter: 25 and 35 Hz, -3 dB.
   Bộ lọc cơ: 25 và 35 z, -3dB.
6. Drift filter 0,5Hz, -3dB.
   Bộ lọc trôi/lệch: 0,5Hz, -3dB.
7. Resolution: 800 × 480 pixels.
   Độ phân giải: 800 × 480 pixel.
8. Operation: The device is started by using the screen or touch keys.
   Hoạt đông: Khởi động thiết bị bằng màn hình hoặc phím chạm
9. I/O interface: LAN port: 10/100Base-TX, USB ports: 2 (1 for the Wi-Fi adapter card).
   Giao diện I/O: Cổng LAN (10/100base TX), Cổng USB x 2 (1 cho thẻ chuyển đổi wifi)

We futher declare that the above statement is true and correct.

Chúng tôi xin tuyên bố rằng tuyên bố trên là đúng sự thật và chính xác.

Sincerely,

Trân trọng

Legitimate representative of Product owner

(Đại diện hợp pháp của chủ sở hữu sản phẩm)



TRISMED CO., LTD.

Name : Hoon kyeu Lee, Ph.D.

Position : President/CEO

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VẬT TƯ Y TẾ TKN
Mã số thuế: 0317826451
Thời gian ký: 21-11-2026 11:04:49