SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Số: 683 /QĐ-BVĐKĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07: Mua bổ sung vật tư tiêu hao, thuộc Dự toán mua sắm: Vật tư tiêu hao hóa chất năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 349/2026/ NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT- BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-SYT ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị y tế, công cụ dụng cụ công nghệ thông tin và vật tư y tế;

Căn cứ báo giá của các nhà cung cấp; Giá trúng thầu tham khảo trên trang https://muasamcong.mpi.gov.vn/ của Bộ tài chính;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BVĐKĐG ngày 13/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 07: Mua bổ sung vật tư tiêu hao;

Theo đề nghị của Hội đồng mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị y tế, công cụ dụng cụ công nghệ thông tin và vật tư y tế tại Tờ trình ngày / /2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07: Mua bổ sung vật tư tiêu hao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07: Mua bổ sung vật tư tiêu hao, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Tài chính kế toán, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (để thực hiện),
- Lưu: phòng VTTB, TCKT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Đỗ Đình Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 683/QĐ-BVĐKĐG ngày 15/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện Đa khoa Đức Giang	Gói thầu 07: Mua bổ sung vật tư tiêu hao	Mua bổ sung vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh	**977.113.000**	Nguồn thu đơn vị	Chào giá trực tuyến rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Theo đơn giá cố định	150 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu 07: 977.113.000 đồng *(Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bảy triệu một trăm mười ba nghìn đồng) (Giá đã bao gồm các loại thuế, phí)*				**977.113.000**									

PHỤ LỤC
DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU
(Kèm theo Quyết định số 6[illegible]/QĐ-BVĐKĐG ngày 15 tháng 10 năm 2026)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Số lượng	Đơn giá có VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
										84.800.000
1	**Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ**									
	Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ	Cái	- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP (có phiếu phân tích chất lượng), được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016;		Tanaphar	Công ty cổ phần Tanaphar/ Việt Nam	Việt Nam	320.000	265	84.800.000
										47.999.600
2	**Catheter Forgatty các cỡ**									
2.1	Catheter Forgatty các cỡ	Cái	-100% silicone, bóng không bị phân mảnh, tích hợp stylet linh hoạt, đầu mềm, cản quang. Có bơm tiêm đi kèm - Kích cỡ 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F dài 40/80/100cm. Thể tích bơm chất lỏng tối đa 0.05cc, 0.10cc, 0.50cc, 0.75cc, 1.25cc, 2.00cc. Đường kính bóng khi bơm 4mm, 5mm, 9mm, 11mm, 13mm, 14mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG do FDA cấp	xF-EMB-0x0	Lucas Medical, Inc	Lucas Medical, Inc	Hoa Kỳ	40	1.199.990	47.999.600
										307.625.000
3	**Chỉ phẫu thuật các loại**									
3.1	Chỉ Polyglactin 910 số 2/0	Sợi	Thành phần chính: copolymer được cấu thành từ 90% glycolide và 10% L-lactide ;phủ poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate. Kết quả thử nghiệm lâm sàng Polyglactin 910 sau 4 tuần khoảng 25% Polyglactin 910 vẫn giữ được độ căng. Độ bền nút buộc đạt 140% tiêu chuẩn USP. Polyglactin 910 của DemeTECH có sẵn màu tím và không qua nhuộm màu. Kim được làm bằng thép không gỉ và được phủ silicon Xtracoat. Chỉ dài 75cm, loại kim 1/2C kim tròn 26mm. hấp thụ bởi quá trình thuỷ phân trong vòng 56 – 70 ngày.Xuất xứ G7	G282026B0P	DemeTECH Corp	DemeTECH Corp	Hoa Kỳ	2.000	58.000	116.000.000

3.2	Chỉ tiêu Polyglactin 910 số 1	Sợi	Thành phần chính: copolymer được cấu thành từ 90% glycolide và 10% L-lactide ;phủ poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate. Kết quả thử nghiệm lâm sàng Polyglactin 910 sau 4 tuần khoảng 25% Polyglactin 910 vẫn giữ được độ căng. Độ bền nút buộc đạt 140% tiêu chuẩn USP. Polyglactin 910 của DemeTECH có sẵn màu tím và không qua nhuộm màu. Kim được làm bằng thép không gỉ và được phủ silicon Xtracoat. Chỉ dài 90cm, loại kim 1/2C kim tròn 40mm. hấp thụ bởi quá trình thuỷ phân trong vòng 56 – 70 ngày.Xuất xứ G7	G1080140B0P	DemeTECH Corp	DemeTECH Corp	Hoa Kỳ	2.500	76.650	191.625.000
										67.800.000
4	**Mạch nhân tạo**									
4.1	Đoạn mạch nhân tạo chữ Y	Cái	- Cấu trúc hai lớp nhung đan 2 mặt trong và ngoài giúp tăng sự hòa nhập mảnh ghép với mô xung quanh - Tẩm nhuận bằng gelatin bò bằng liên kết chéo với Isocyanate ngăn sự thấm máu qua thành mạch ra ngoài, thời gian gelatin hấp thu hoàn toàn 4-8 tuần - Dài 40 cm; đường kính thân chung 16; 18; 20mm, đường kính nhánh 8; 9; 10mm	1104560, 1104586, 1104608 Mạch máu nhân tạo loại chia đôi dài 40cm (UNI - GRAFT DV BIFURCATIONS)	Uni-Graft	Aesculap Chifa SP Z.o.o	Ba Lan	6	11.300.000	67.800.000
										39.480.000
5	**Sond hút nhớt các loại**									
5.1	Sonde hút nhớt các cỡ có van kiểm soát	Cái	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Chất liệu PVC y tế Đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 50cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đã tiệt trùng Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 11135: 2014, ISO 13485 - Xuất xứ: Việt Nam	DHD: MPV	MPV	MPV	Việt Nam	4.900	2.800	13.720.000

5.2	Sonde hút nhớt các cỡ không van kiểm soát	Cái	Chất liệu PVC y tế, không van kiểm soát Ống nhựa mềm dài ≥ 50cm, đầu cuối ống trơn nhẵn có 2 lỗ không đối xứng. Phân biệt kích cỡ bằng màu sắc Có các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đã tiệt trùng. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 11135: 2014, ISO 13485 - Xuất xứ: Việt Nam	DHD: MPV	MPV	MPV	Việt Nam	9.200	2.800	25.760.000
										31.600.000
6	**Trccar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi**									
6.1	Trocar dùng 1 lần cho phẫu thuật nội soi các cỡ	Cái	Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi Đường kính 12mm Dài 100mm Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	CFF73	Applied Medical Resourses Corporation	Applied Medical Resourses Corporation	Mỹ	20	1.580.000	31.600.000
										187.608.400
7	**Vật tư tiêu hao tổng hợp**									
7.1	Bao đo huyết áp	Cái	Dùng để thay thế trong máy đo huyết áp cơ. Chiều dài: 52cm±2 - Chiều rộng: 14cm±1 - Chất liệu: Vải kaki màu xanh rêu, trong là túi hơi đúc liền với 2 ống hơi (chất liệu cao su). - 1 đầu ống nối với đồng hồ, 1 đầu ống nối với quả bóp	JD8002		Wenzhou Jianda Medical Instrument Co., Ltd	Trung Quốc	53	98.000	5.194.000
7.2	Tấm trải nylon vô trùng	Cái	Nylon mành HD Màu sắc đồng đều, có độ trong,bóng bề mặt, có độ cứng nhất định, dễ gấp nếp. Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách thủng, ko kích ứng da. Trọng lượng (g/cái): 34g – 35g/m2 (± 1g). Tiệt trùng bằng khí EO.Gas - Đóng gói: 1 cái/ gói. Được đóng gói trong bao bì giấy tiệt trùng có màu chỉ thị dùng trong y tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận CE Châu Âu; Thực hành sản xuất tốt GMP	TT1	An Lành	An Lành	Việt Nam	550	7.000	3.850.000
7.3	Giấy in nhiệt 57mm	Cuộn	Kích thước: 57mm x 30mm, dùng cho máy in nhiệt. .	PAP-GSH-R-57	PAP-GSH-R-57	Công ty TNHH Contex Việt Nam	Việt Nam	160	10.290	1.646.400
7.4	Bao cao su	Cái	Chất liệu latex cao su tự nhiên. Không mùi. Độ trong và màu sắc: Trong mờ và không màu. Đóng gói từng cái. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	Happy Family	Happy Family	Merufa	Việt Nam	2.500	1.050	2.625.000

7.5	Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước	Miếng	Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da. Lớp phim mỏng bằng màng polyurethane trong suốt không thấm nước ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,...) xâm nhập vào vết thương nhưng vẫn cho phép thoát hơi nước và trao đổi oxy, tốc độ thoát hơi MTVR (moisture vapor transmission rate) ≥ 600 g/m2.24h.. Phủ lớp keo Acrylic. Kích thước 60 x 70 mm. Tiệt trùng từng miếng.	HTF060070R	HTF060070R	Công ty cổ phần công nghệ Lavitec	Việt Nam	16.300	3.360	54.768.000
7.6	Cồn tuyệt đối	Lít	Nồng độ từ 99.5% đến 99.7%			Hóa chất Đức Giang	Việt Nam	350	79.000	27.650.000
7.7	Cồn 70 độ	Lít	Thành phần : Ethanol 70%, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng. Can 5 lít.			Thuận Phát	Việt Nam	2.450	37.500	91.875.000
8	**Bao chi dùng cho máy dự phòng huyết khối**									**19.800.000**
8.1	Bao chi dùng cho máy dự phòng huyết khối	Bộ	Bao chi đùi dùng cho máy bơm hơi áp lực ngắt quãng: Có 4 kích cỡ S, M, L, B. Các size tương ứng với chiều dài vòng bắp đùi của bệnh nhân. - Chất liệu vải vòng polyester, xốp, tricot. Tính năng mềm mại, thoải mái, thấm hút mồ hôi. Thiết kế dạng bao nhỏ giúp phân tán đều áp lực. - Size nhỏ kích thước đùi lên tới 55 cm. - Size trung bình kích thước đùi 55cm đến 73 cm. - Size lớn kích thước đùi 73 cm đến 91 cm. - Size cực lớn kích thước đùi 91 cm đến 106 cm. - Máy có thể tạo 3 mức áp lực nén là 45mmHg-40mmHg - 30 mmHg. - Đạt chứng nhận: CE và FDA - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	830SSQ;830MSQ;830LSQ;830BSQ	MedHealth Medical Limited	MedHealth Medical Limited	China	12	1.650.000	19.800.000
9	**Quả lọc tách huyết**									**190.400.000**
9.1	bộ quả lọc trao đổi huyết tương	Bộ	Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10% - Diện tích màng hiệu dụng: 0,35 m2 - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm - Độ dày thành sợi lọc: 150 µm - Thể tích máu trong sợi lọc: 41 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút - Tương thích với máy Prismaflex tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn CE	107144MDR	Gambro Industries	Gambro Industries	Pháp	16	11.900.000	190.400.000
										977.113.000
	Thành tiền:									
	Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bảy triệu một trăm mười ba triệu đồng (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí nếu có)									