SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 4230 /QĐ-BVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Mua sắm máy đo huyết áp tự động của Bệnh viện Tim Hà Nội"

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6438/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại Bệnh viện Tim Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội vào Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 5422/QĐ-UBND ngày 02/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 6055/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Bệnh viện Tim Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội giai đoạn năm 2023 – 2025;

Căn cứ dự toán thu chi ngân sách năm 2026 của Bệnh viện Tim Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3329/QĐ-SYT ngày 22/9/2026 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực Y tế cho Bệnh viện Tim Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4229 /QĐ-BVT ngày 07/10/2026 của Bệnh viện Tim Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương, danh mục và dự toán mua sắm: "Mua sắm máy đo huyết áp tự động của Bệnh viện Tim Hà Nội";

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 3626/GUQ-BVT ngày 03/9/2026 của Bệnh viện Tim Hà Nội;

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Vật tư, thiết bị y tế – Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tờ trình ngày 07 /10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Mua sắm máy đo huyết áp tự động của Bệnh viện Tim Hà Nội".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Mua sắm máy đo huyết áp tự động của Bệnh viện Tim Hà Nội" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng/Phó/Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp, Tài chính kế toán, phòng Vật tư, thiết bị y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VTTBYT.(Huy)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

Phạm Như Hùng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: "Mua sắm máy đo huyết áp tự động của Bệnh viện Tim Hà Nội"

(Kèm theo Quyết định số 4230 /QĐ-BVT ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Tim Hà Nội)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng, đã bao gồm VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện Tim Hà Nội	Mua sắm máy đo huyết áp tự động của Bệnh viện Tim Hà Nội	Mua sắm thiết bị	1.448.666.660	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**1.448.666.660**								

DANH MỤC DỰ TOÁN MUA SẮM: "MUA SẮM MÁY ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI"

(Kèm theo Quyết định số 4230 /QĐ-BVT ngày 07 tháng 10 năm 2026 của - Bệnh viện Tim Hà Nội)

STT	Tên thiết bị	Model/Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự toán (đồng, đã bao gồm VAT)	Thành tiền giá dự toán (đồng, đã bao gồm VAT)
1	**Máy đo huyết áp tự động**	HBP-9031C		2025 trở về sau	Omron	Trung Quốc	**Yêu cầu chung** - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Chất lượng máy: Mới 100% - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn cung cấp: 220V/50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa ≥ 75% **Cấu hình** Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy **Chỉ tiêu kỹ thuật** - Màn hình LCD hoặc tốt hơn, hiển thị tối thiểu các thông số: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp mạch - Phương thức đo: Phương pháp đo dao động hoặc tương đương - Bơm phồng: Tự động - Dải đo: + Huyết áp: ≤ 30 - ≥ 290 mmHg + Nhịp mạch: ≤ 40 - ≥ 180 nhịp/phút - Độ chính xác đo: + Huyết áp: ± ≤ 3 mmHg + Nhịp mạch: ± ≤ 5% - Có nút dừng khẩn cấp - Máy in + Được tích hợp bên trong + Nội dung in tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp mạch, ngày tháng	Máy	20	72.433.333	1.448.666.660

STT	Tên thiết bị	Model/Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự toán (đồng, đã bao gồm VAT)	Thành tiền giá dự toán (đồng, đã bao gồm VAT)
							- Truyền dữ liệu: + Qua cổng USB 2.0 hoặc cao hơn + Qua mạng LAN + Bluetooth: 4.0 hoặc cao hơn + Có tính năng tìm kiếm worklist và kết nối được với phần mềm HIS				
							- Yêu cầu khác: + Bảo hành máy chính ≥ 12 tháng + Bảo hành vòng bít của máy trong thời gian ≥ 6 tháng + Thời gian giao hàng ≤ 20 ngày				
Tổng cộng: 01 mặt hàng											**1.448.666.660**