SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1775 /QĐ-BVTS

Triệu Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-BVTS ngày 06/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-BVTS ngày 12/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027;

Xét đề nghị của Tổ mua sắm Thuốc – Vật tư, hóa chất tại Tờ trình ngày 12/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Tổ mua sắm Thuốc – Vật tư, hóa chất, phối hợp với các khoa phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Giao Tổ mua sắm Thuốc – Vật tư, hóa chất lập Hồ sơ mời chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ mua sắm thuốc – Vật tư, Hóa chất và các khoa phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN

Lê Đình Tiệp

PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:
Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 1775 /QĐ-BVTS ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn	Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027	Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027	**912.200.000**	Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.	Chào giá trực tuyến rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Theo đơn giá cố định	12 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 912.200.000 ***(Bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu hai trăm nghìn đồng)***												

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua sắm khí y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 1775 /QĐ-BVTS ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn)

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
1	26KYT01	Oxy lỏng	Kg	Khí Oxy hóa lỏng có màu xanh nhạt, không mùi, độ tinh khiết ≥ 99,6%, nạp trực tiếp vào bồn chứa chuyên dụng của Bệnh viện; Đạt tiêu chuẩn khí y tế	Kg	40.000	3.900	156.000.000
2	26KYT02	Khí Oxy y tế	Bình 40 lít	Khí nén Oxy y tế không màu, không mùi, độ tinh khiết ≥ 99,5%. Đựng trong bình chuyên dụng chịu áp lực cao (Bình 40 lít); Đạt tiêu chuẩn khí y tế	Bình	30	70.000	2.100.000
3	26KYT03	Khí Oxy y tế	Bình 10 lít	Khí nén Oxy y tế không màu, không mùi, độ tinh khiết ≥ 99,5%. Đựng trong bình chuyên dụng chịu áp lực cao (Bình 10 lít); Đạt tiêu chuẩn khí y tế	Bình	70	30.000	2.100.000
4	26KYT04	Khí CO2	Bình 40 lít	Khí CO_2 sử dụng trong y tế, không màu, không mùi, độ tinh khiết ≥ 99,9%; Đựng trong bình chuyên dụng chịu áp lực cao (Bình 40 lít); Đạt tiêu chuẩn khí y tế	Bình	10	200.000	2.000.000
5	26KYT05	Khí sử dụng cho máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương PlasmaMED-GAP	Bình	* Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H2O < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130bar - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI	Bình	250	3.000.000	750.000.000
Tổng: 05 khoản								**912.200.000**