SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

Số: 451 /QĐ-BVNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Như Thanh, ngày 20 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023. Được sửa đổi, bổ sung luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Nghị định số 04/2025/ND-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 186/2025/TT-BTC ngày 01/07/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 448 /QĐ-BVNT ngày 17/11/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Như Thanh về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026;

Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm tại tờ trình số 622/TTr-HĐMS ngày 19/11/2026 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm:

Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026, với nội dung chi tiết theo phụ lục I, phụ lục II đính kèm.

Điều 2. Giao Hội đồng mua sắm phối hợp với, Tổ chuyên gia, khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế, phòng Tài chính Kế toán và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) Hội đồng mua sắm, Tổ chuyên gia, khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: HĐMS; VT; KD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

Hoàng Công Hưng

BẢNG CHI TIẾT PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 451 /QĐ-BVNT ngày 20/11/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Như Thanh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Đa khoa Như Thanh	Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026	Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026	**313.115.000**	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa Như Thanh	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
	Tổng cộng			**313.115.000**								
	(Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu một trăm mười lăm nghìn đồng)											

PHỤ LỤC II
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ, Y DỤNG CỤ VẬT TƯ Y TẾ
Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa Như Thanh năm 2026.

(Kèm theo Quyết định số 451 /QĐ-BVNT ngày 20/11/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Như Thanh)

STT	Danh mục hàng hoá theo tiếng việt	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Hãng sản xuất	Ký mã hiệu/ Model	Nhãn hiệu	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng / khối lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
1	Giường sơn tĩnh điện 1 tay quay	KT tổng: 2130x950x470mm Vật liệu : Thép sơn tĩnh điện, nhựa ABS -Khung giường inox hộp 30x60mm hoặc 40x80mm dày 1.2mm được sơn tĩnh điện 2 lớp loại sần hạn chế bong tróc trong quá trình sử dụng. -Mặt giường thép tấm dày 1.0mm được đục lỗ elip thông thoáng sơn tĩnh điện 2 lớp loại sần hạn chế bong tróc trong quá trình sử dụng -Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS có thể tháo rời dễ dàng lắp đặt bằng chốt và lẫy cài. -Thành chắn 2 bên giường bằng hợp kim nhôm mỗi bên có 5 thanh không dùng có thể gập gọn xuống thành giường -Giường có kết cấu nâng hạ độ cao bằng 1 tay quay từ 0-70 độ,trục vít me, tay quay không dùng có thể gập gọn cuối giường. Phụ kiện theo giường : + 1 cọc truyền có 4 móc treo, có thể nâng hạ chiều cao tùy ý. +1 đệm mút dày 5cm bọc giả da chống thấm nước chịu đc hóa chất tẩy rửa thông thường dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng. + 04 bánh xe phi 125mm có phanh, chiu tải trọng, di chuyển êm nhẹ	Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà/Việt Nam	G6.S6	Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà/Việt Nam	9402	2025 trở về sau	Việt Nam	Cái	10	**11.000.000**	**110.000.000**
2	Xe cáng sơn tĩnh điện 1 tay quay	Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện Khung xe, mặt xe thép sơn tĩnh điện 2 lớp dày 1.0mm - Mặt xe đột lỗ e líp tạo độ thông thoáng và thẩm mỹ cho xe. - Hai bên thành xe có lan can bằng nhựa ABS (có thể hạ xuống khi không sử dụng).	Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ kim khí	PCST1	Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ kim	9402	2025 trở về sau	Việt Nam	Cái	5	**22.800.000**	**114.000.000**

STT	Danh mục hàng hoá theo tiếng việt	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Hãng sản xuất	Ký mã hiệu/ Model	Nhãn hiệu	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng / khối lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
		- Xe có thể điều chỉnh độ cao từ 600-850mm bằng 1 tay quay. - Phần đầu nâng có thể nâng lên hạ xuống 70 độ bằng thanh răng, thanh chống. - Có 4 bánh xe phi 150mm SUPO hoặc GLOBE trong đó 2 cái có phanh, - Xe có 1 đệm bông ép bọc giả da chống nước dày 5cm. - Có 1 giá đỡ bình ô xy và 1 cọc truyền 4 móc có tăng chỉnh độ cao	Hải Hà/Việt Nam		khí Hải Hà/Việt Nam							
3	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	Độ rộng ghế 45cm, độ sâu ghế 42cm, chiều cao ghế 50cm, chiều cao tựa lưng: 38cm, chiều cao tựa tay 22cm -Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, có thể gấp gọn khi không sử dụng -Tay đẩy có phanh, bàn để chân nhựa cứng nguyên khối -2 bánh trc phi 200mm, 2 bánh sau phi 580-600mm -Đệm ghế, tựa lưng 2 lớp vải kẻ caro bọc mút	Karma Medical Products/ Trung Quốc	SOMA 105	Karma Medical Products/ Trung Quốc	8713	2025 trở về sau	Trung Quốc	Cái	5	**7.900.000**	**39.500.000**
4	Máy điện châm	Cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Dây nối tấm điện cực: 06 cái - Tấm điện cực massage: 06 cặp - Dây kẹp kim châm cứu: 06 cặp - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 cái Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: nguồn điện trong máy DC9V/ AC220V ± 22V 50Hz ±1Hz; • Công suất đầu vào: 10.0 VA • Dạng sóng mạch xung đầu ra: sóng mạch xung hai hướng không đối xứng • Số đường mạch xung đầu ra: đầu ra 6 đường • Công suất đầu ra lớn nhất: 0.3 VA (250Ω, trở kháng tải dưới) • Tần số mạch xung đầu ra: có thể điều chỉnh từ 1- 100 Hz, dung sai cho phép ±15% • Chế độ làm việc: - Chế độ sóng liện tục: liên tục	Suzhou Medical Appliance Factory/Trung Quốc	SDZ-II	Suzhou Medical Appliance Factory/ Trung Quốc	9018	2025 trở về sau	Trung Quốc	Cái	10	**1.900.000**	**19.000.000**

STT	Danh mục hàng hoá theo tiếng việt	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Hãng sản xuất	Ký mã hiệu/ Model	Nhãn hiệu	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng / khối lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
		- Chế độ sóng gián đoạn: làm việc 15s, ngừng 5s - Chế độ sóng thưa: tỷ lệ giữa tần số sóng phân tán và tần số sóng tập trung là 1: 5 sóng phân tán làm việc 15s, sóng tập trung làm việc 10s, (Dung sai cho phép thời gian của sóng gián đoạn, sóng thưa là ±15%) • Hạn chế dòng điện đầu ra: ≤10mA(250Ω, trở kháng tải dưới) • Phân lượng dòng một chiều đầu ra: 0 • Độ rộng mạch xung đầu ra: 0.2ms±30% (kiểm tra tính năng cơ bản EMC) • Kích thước: 345mmX 225mmX 94mm • Khối lượng tịnh: 1.4kg										
5	Máy monitor cầm tay	Các thông số theo dõi (3 thông số chính): SpO2 (Nồng độ bão hòa Oxy trong máu): Dải đo 35% - 100%, độ chính xác +/- 2% PR (Nhịp mạch / Nhịp tim): Dải đo 30 - 250 bpm, độ chính xác +/- 2 bpm NIBP (Huyết áp không xâm lấn): Đo Tâm thu, Tâm trương, Trung bình theo phương pháp dao động kế Màn hình & Hiển thị: Màn hình: TFT LCD màu 2.4 inch Hiển thị: Dạng số rõ ràng, dạng sóng SpO2, biểu đồ cột nhịp tim và trạng thái pin Đặc tính kỹ thuật & Tính năng: Báo động: Âm thanh và hình ảnh khi vượt ngưỡng chỉ số cài đặt Lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ biểu đồ xu hướng (Trend data) Nguồn điện: Sử dụng pin sạc Lithium dung lượng cao kèm đế sạc cố định để bàn Kích thước: 130 x 69 x 27 mm Trọng lượng: Khoảng 190g	Yonker (Xuzhou Yonker Electronic Science Technology Co., Ltd)/Trung Quốc	YK-820C	Yonker (Xuzhou Yonker Electronic Science Technology Co., Ltd)/Trung Quốc	9018	2025 trở về sau	Trung Quốc	Cái	1	**6.000.000**	**6.000.000**

STT	Danh mục hàng hoá theo tiếng việt	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Hãng sản xuất	Ký mã hiệu/ Model	Nhãn hiệu	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng / khối lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
6	Nhiệt kế tự ghi	Thông số kỹ thuật chi tiết xem link đính kèm bên dưới : https://tktech.vn/nhiet-am-ke-tu-ghi-elitech-gsp-6-pro Khả năng lưu trữ tối đa 100,000 điểm dữ liệu.– Phạm vi đo nhiệt độ: -40°C đến +85°C (-40°F đến 185°F)– Độ chính xác nhiệt độ: ±0.3°C (từ -20°C đến +40°C), ±0.5°C (các phạm vi khác)– Phạm vi đo độ ẩm: 0% RH đến 100% RH– Độ chính xác độ ẩm: ±3% RH (tại 25°C, từ 20% đến 80% RH), ±5% RH (phạm vi khác)– Độ phân giải: 0.1°C/°F, 0.1% RH Nguồn điện: Pin lithium 3.6V sử dụng 1 lần or được cấp nguồn qua USB.	JIANGSU JINGCHUANG ELECTRONICS CO., LTD	GSP- 6 Pro	JIANGSU JINGCHUANG ELECTRONICS CO., LTD	9018	2025 trở về sau	Trung Quốc	Cái	1	**1.800.000**	**1.800.000**
7	Máy hút ẩm	Công suất hút ẩm: 12L/D (30℃ 80% RH) Sử dụng nguồn điện: 220V~50Hz 1 Phase Công suất tiêu thụ: 190W Lưu lượng gió: 110m³/h Môi trường làm việc: 5 - 35℃ 10% - 90% RH Máy nén: Danfu Chất làm lạnh: R134A Phạm vi hoạt động: 10 - 40 ㎡ Kích thước sản phẩm: 300 × 220 × 520 mm Kích thước đóng gói: 345 × 265 × 571 mm Trọng lượng: 12 KGS Bảo hành sản phẩm: 24 tháng Bảo hành máy nén: 36 tháng	Kosmen	Kosmen KM-12W	Kosmen	9018	2025 trở về sau	Trung Quốc	Cái	1	**5.450.000**	**5.450.000**
8	Tủ đầu giường	Cấu hình cung cấp: - Tủ chính: 01 cái - Ngăn kéo: 01 cái - Giá treo: 02 cái - Ngăn để giày: 01 ngăn - Bánh xe di động: 04 cái Thông số kĩ thuật: - Vật liệu: Nhựa ABS - Kích thước: Cao 900 x Rộng 480 x Sâu 480mm - Tủ có 3 khoang, khoang trên là bàn ăn, có thể kéo ra hoặc đẩy vào bên trong khi không sử dụng - Khoang giữa là ngăn kéo - Khoang dưới có 1 sàn lửng, có cánh cửa đóng-mở Có bánh xe di chuyển, bánh xe được gia cố chắc chắn.	Hoàng Nguyễn	TG-05	Hoàng Nguyễn	9018	2025 trở về sau	Việt Nam	Cái	13	**1.250.000**	**16.250.000**

STT	Danh mục hàng hoá theo tiếng việt	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Hãng sản xuất	Ký mã hiệu/ Model	Nhãn hiệu	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng / khối lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
9	Nhiệt kế theo dõi liên tục nhiệt độ trong tủ lạnh đựng Vaccin	Thiết kế nhỏ gọn, dải nhiệt độ từ -30℃ đến +50℃, độ chia nhỏ nhất 1℃ - Kích thước: Chiều cao 165 mm Chiều rộng 25 mm Chiều dày 10 mm - Thang nhiệt độ Celsius (oC) độ chính xác: Giới hạn trên: +50℃ Giới hạn dưới: -30℃CC Độ chính xác: ± 1℃	Möller-ThermGmbH	104614-030	Möller-ThermGmbH	9018	2025 trở về sau	Đức	Cái	1	**400.000**	**400.000**
10	Chỉ thị đông băng điện tử	Thiết bị giúp theo dõi xem nhiệt độ bảo quản vắc xin có dưới 0°C hay không Kích thước ngoài (DxRxC):49x30x10.5 mm Kích thước màn hình hiển thị: 10x10 mm Trọng lượng: 12 g Điều kiện bảo quản: +4°C đến +50°C / +40°F đến +122°F Nhiệt độ hoạt động: -20°Cđến +55°C / - 4°F đến +131°F Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: +/- 0.3 °C, +/- 0.6 °F Nhiệt độ tới hạn cảnh báo: 0°C / +32°F; 0°C / +32°F; -0.5°C / +31.1°F Thời gian tới hạn cảnh báo: 60 phút – nhiệt độ dưới 0°C / +32°F; 10 phút – nhiệt độ dưới 0°C / +32°F; 60 phút – nhiệt độ dưới -0.5°C / +31.1°F Chu kỳ ghi nhiệt độ: 2 phút; 20 giây; 2 phút Độ chính xác về thời gian: +/- 5% tại 0°C / +32°F Pin: Pin cell dạng đồng xu Lithium Lớp bảo vệ: IP67 Thời gian vận hành và thời gian sử dụng: Lên tới 5 năm kể từ ngày sản xuất – Thời hạn sử dụng được in trên nhãn Tiêu chuẩn: EN 12830, Chỉ thị EC 2002/95 (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), EN 61000-6-2/6-3, Lớp bảo vệ EN/IEC 60529 IP, Quy định IATA	Sensitech	Freeze-tag	Sensitech	9018	2025 trở về sau	Malaysia	Cái	1	**715.000**	**715.000**
10 Khoản		**Tổng Cộng:** ***(Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu một trăm mười lăm nghìn đồng)***										**313.115.000**

- Tổng phần lô: có 10 phần lô

- Tổng số danh mục thiết bị y tế, y dụng cụ vật tư y tế có: 10 mặt hàng.

- Tổng giá trị dự kiến của gói thầu: **313.115.000 đồng** *(Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu một trăm mười lăm nghìn đồng.)*