SỞ Y TẾ TP BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10273 /QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán mua sắm: Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt Dự toán thu – chi năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 9528/QĐ-BVĐKBN2 ngày 06/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu

về tính năng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex thuộc dự toán mua sắm Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex;

Căn cứ Quyết định số 10206/QĐ-BVĐKBN2 ngày 23/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu: Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu: Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex tại tờ trình ngày 26/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) tổ trưởng tổ chuyên gia gói thầu Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Tổ chuyên gia.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

Phụ lục 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex

(Kèm theo Quyết định số:10273 /QĐ-BVĐKBN2 ngày 27/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex	Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	**65.100.000VND**	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 10 năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
Tổng giá gói thầu: 65.100.000VND *(Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng./.).*												

Phụ lục 02: Danh mục mua sắm, tính năng, yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá kèm theo

(Kèm theo Quyết định số:10273 /QĐ-BVĐKBN2 ngày 27/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Giá kế hoạch (VND)	Thành Tiền (VND)
1	Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex	Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex: - Sửa chữa Bơm ARPS máy lọc máu liên tục PrismaFlex điều chỉnh mức chất lỏng của bầu bẫy khí. - Sửa chữa Mô tơ bơm hút dịch máy lọc máu liên tục PrismaFlex. - Sau khi sửa chữa máy lọc máu liên tục Model: PrismaFlex Hãng sản xuất: Gambro Dasco S.p.A/ Thụy Điển, Serial number: PA31607 máy hoạt động bình thường.	01	Dịch vụ	65.100.000	65.100.000
Tổng cộng:						**65.100.000**
(Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng./.)						

***Ghi chú:**

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)… và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác
- Bảo hành: Bảo hành 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng