SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1033/QĐ-BVAG

*An Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Dự toán mua sắm: Vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 - 2027**

## GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG

*Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Că cứ công văn số 880/SYT-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Sở Y tế An Giang về việc tăng cường, chủ động triển khai công tác mua sắm phục vụ cho hoạt động thường xuyên tại các đơn vị;*

*Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-VTTBYT ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Phòng Vật tư thiết bị y tế về việc Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 – 2027;*

*Theo Tờ trình số 28/TTr-HCQT ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Phòng Hành chính quản trị về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 – 2027.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 – 2027 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng/Phó phòng Vật tư y tế, Tài chính kế toán và các khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- BGĐ để biết;
- Lưu: VT, HCQT.

**GIÁM ĐỐC**

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG

**Nguyễn Duy Tân**

# PHỤ LỤC

**Dự toán mua sắm: Vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 – 2027.**

*(Kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-BVAG ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang)*

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm (nếu có) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa An Giang | Vật tư y tế tiêu hao đợt I/2026 | Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa An Giang | **1.663.363.820** *(gồm 05 phần riêng biệt, giá ước tính cho từng phần theo phụ lục đính kèm)* | Nguồn thu khám chữa bệnh | Chào giá trực tuyến rút gọn | | 30 ngày | Tháng 11/2026 | Theo đơn giá cố định | 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Không áp dụng |
| **Tổng giá dự toán: 1.663.363.820 đồng**<br>***(Một tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi đồng)***<br>Giá này đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả phí, lệ phí và thuế. | | | | | | | | | | | | |

*Mẫu số 02B Thông tư 79/2025/TT-BTC*

# PHỤ LỤC

## DANH MỤC HÀNG HÓA

*(Kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-BVAG ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang)*

| STT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml | Cái | 650.000 | BT10.VHK | Vihankok | Công ty CP Tanaphar | G7/ Việt Nam | 2026 trở về sau | 1/ Yêu cầu kỹ thuật:<br>- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.<br>- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml<br>- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.<br>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.<br>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO, không DEHP.<br>2/ Tiêu chuẩn: đạt tiêu chuẩn CE và ISO 13485 | Bệnh viện Đa Khoa An Giang | 945 | 614.250.000 |

| STT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml | Cái | 350.000 | BT5.VHK | Vihankok | Công ty CP Tanaphar | G7/ Việt Nam | 2026 trở về sau | 1/ Yêu cầu kỹ thuật:<br>- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.<br>- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml<br>- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.<br>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.<br>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO, không DEHP.<br>2/ Tiêu chuẩn: đạt tiêu chuẩn CE và ISO | Bệnh viện Đa Khoa An Giang | 630 | 220.500.000 |
| 3 | Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L | Cái | 1.998 | LC-2-6 | Ligating Clips | Sinolinks Medical Innovation, Inc | Trung Quốc | 2025 về sau | - Clip kẹp mạch máu và mô, có thể tháo ra.<br>- Chất liệu: polymer (acetal resin) không tan<br>- Có răng chống trượt. Gờ lồi . Thiết kế dạng cung<br>- Cỡ L tương ứng với chiều dài 13mm<br>- Kẹp được mạch máu cỡ từ 5-13mm<br>- Độ dày bản lề tương ứng: 0,89mm<br>- Chứng nhận: CE<br>- Clip Polymer tương thích với kìm kẹp clip của hãng Teleflex | Bệnh viện Đa khoa An Giang | 41.500 | 82.917.000 |

| STT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vòng đeo tay bệnh nhân | Cái | 55.000 | NM13 | Nhật Minh | Công ty TNHH Thương mại và Thiết Bị y Tế Nhật Minh | Việt Nam | 2026 | Chất liệu: Nhựa PVC, không gây kích ứng da, không độc hại.<br>Kích thước: dài 235mm (± 20mm); rộng 22mm (± 5mm).<br>Phần bảng tên: dài 60mm, rộng 16mm, in sẵn các thông tin: Họ và Tên, Năm sinh, Giới tính, MSYT, Khoa, Bác sĩ.<br>Màu: vàng, đỏ, xanh ngọc, xanh biển, hồng, trắng<br>Phần quai đeo: Nút bấm và khóa cố định, có 12 lỗ (gài chết)<br>Có 2 loại: Người lớn và trẻ em<br>Tiêu chuẩn ISO 13485 | Bệnh viện Đa khoa An Giang | 2.000 | 110.000.000 |
| 5 | Băng đựng hydrogen peroxide cho máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Băng | 330 | 10113 | STERRAD 100S Cassett | ASP Global Manufacturing GmbH | Thụy Sĩ | năm 2026 trở về sau | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S.<br>- Mỗi băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58%<br>- Đạt các tiêu chuẩn: FDA/ISO 13485 | Bệnh viện Đa khoa An Giang | 1.926.354 | 635.696.820 |
| **Tổng cộng: 05 mặt hàng** | | | | | | | | | | | | **1.663.363.820** |
| *Một tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi đồng* | | | | | | | | | | | | |