SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TRUNG TÂM Y TẾ PLEIKU	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:573 /QĐ-TTPLE	*Gia Lai, ngày26 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa Thiết bị y tế năm 2026 của Trung tâm Y tế Pleiku

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PLEIKU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Pleiku;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTPLE ngày 25/11/2026 của Trung tâm Y tế Pleiku về việc phê duyệt giá kế hoạch sửa chữa Thiết bị y tế năm 2026 của Trung tâm Y tế Pleiku;

Xét Tờ trình của Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 26/11/2026 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa Thiết bị y tế năm 2026 của Trung tâm Y tế Pleiku.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa Thiết bị y tế năm 2026 của Trung tâm Y tế Pleiku, với nội dung như sau:

1. Tên dự toán: Sửa chữa Thiết bị y tế năm 2026 của Trung tâm Y tế Pleiku.

2. Tổng mức đầu tư: 78.200.000 đồng *(Bảy mươi tám triệu, hai trăm ngàn đồng).*

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Pleiku.

4. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

6. Địa điểm thực hiện dự án: 17 Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, tỉnh Gia

Lai.

7. Phần nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Pleiku chịu trách thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ PLEIKU

Lê Thiện Thanh

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số 573 /QĐ-TTPLE ngày 26 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Y tế Pleiku)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Y tế Pleiku	Gói thầu số 1: Sửa chữa Thiết bị y tế năm 2026	Sửa chữa Thiết bị y tế năm 2026	78.200.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào giá trực tuyến rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 78.200.000 đồng *(Bảy mươi tám triệu, hai trăm ngàn đồng)*													

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Quyết định số 573 /QĐ-TTPLE ngày 26 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Y tế Pleiku)

Stt	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Giá kế hoạch	Thành tiền
1	Sửa chữa Đèn mổ treo trần (Model: JS-201, Serial: 20111, Xuất xứ: Hàn Quốc)	Bộ đèn mổ có nguồn nhưng điện áp từ mạch điều khiển ra bóng đèn không đủ điện áp 24V	Cái	1	12,000,000	12,000,000
2	Sửa chữa Hệ thống rửa tay phẫu thuật (Model: MP'DUO, Serial: MP DUO FM ELE, Xuất xứ: Pháp)	Bộ đèn chiếu tiệt trùng không hoạt động	Hệ thống	1	1,200,000	1,200,000
3	Sửa chữa Hệ thống xử lý chất thải lỏng (Model: N50, Serial: CS217, Xuất xứ: Nhật Bản)	Cột đo lưu lượng nước đầu ra bị hở khí; Màng lọc xử lý nguồn đầu ra bị tắc và bám bẩn; Bể chứa nước đầu ra cạn quá màng lọc, khả năng bể chứa bị nứt	Hệ thống	1	40,000,000	40,000,000
4	Sửa chữa Máy điện tim 6 cần (Model: Cardipia 400, Serial: C4000912342406N, Xuất xứ: Hàn Quốc)	Bảng phím nút điều khiển hỏng không bấm lệnh in giấy điện tim ra được	Máy	1	6,000,000	6,000,000
5	Sửa chữa Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số (Model: BSM-3562, Serial: 25230, Xuất xứ: Nhật Bản)	Thiết bị hiện tại cắm điện có nguồn hiển thị màn hình điều khiển nhưng lỗi đo SPO2 không đủ áp lực	Máy	1	5,000,000	5,000,000
6	Sửa chữa Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số (Model: BSM-3562, Serial: 25220, Xuất xứ: Nhật Bản)	Thiết bị hiện tại cắm điện không có nguồn hiển thị màn hình điều khiển	Máy	1	6,000,000	6,000,000
7	Sửa chữa Giường đa năng (Model: TB2004, Serial: HQ2009105, Xuất xứ: Hàn Quốc)	Bảng điều khiển bấm nâng hạ hỏng, motor bơm không hoạt động	Cái	1	8,000,000	8,000,000
Tổng cộng: 07 khoản						**78.200.000**