SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 353 /QĐ-TTYT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: Mua sắm Test xét nghiệm bổ sung năm 2026 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định Số: 351/QĐ-TTYT ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên về việc phê duyệt dự toán: Mua sắm Test xét nghiệm bổ sung năm 2026 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên;

Theo đề nghị của phòng tại tờ trình Số: 41/TTr-TCG ngày 12/11/2026 của Tổ chuyên gia về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm Test xét nghiệm bổ sung năm 2026 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm Test xét nghiệm bổ sung năm 2026 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các khoa, phòng Trung tâm Y tế liên quan, Tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định mua sắm Trung tâm và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYÊN

Nguyễn Phúc Long

PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Ban hành kèm theo quyết định Số: 353 /QĐ-TTYT ngày 13 / 11/2026 của Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên)

Stt	Tên chủ đầu tư[2]	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4]	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu[6]	Phương thức lựa chọn nhà thầu[7]	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu[8]	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9]	Loại hợp đồng[10]	Thời gian thực hiện gói thầu[11]	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên	Mua sắm Test xét nghiệm bổ sung năm 2026 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên	Mua sắm Test xét nghiệm bổ sung năm 2026 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên	**94.625.600**	Nguồn thu BHYT, viện phí và các nguồn thu hợp pháp của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.		30 ngày	Quý IV/năm 2026	Hợp đồng trọn gói	12 tháng	Không
Tổng giá gói thầu				**94.625.600 đồng**								

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Ban hành kèm theo quyết định Số: /QĐ-TTYT ngày / / của Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên)

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thiết bị, vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước SX	Mã HS	Mã ký hiệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền có VAT (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pylori test (test phát hiện nhanh H.P dùng mẫu nội soi để test).	BacterTest™ LABONE HP TEST, code: EA0126(TT0122.050), đóng gói: 50 Test/ hộp	Dùng mẫu nội soi để test. Độ chính xác 100%. Độ đặc hiệu ≥ 99,5%. Đọc kết quả trong vòng 20 phút Bảo quản ở 2-8° C 50 Test/ hộp. Hạn dùng 12 tháng kể từ ngày sản xuất	50 Test/ hộp	Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone/ Việt Nam	3822	EA0126	Test	300	9.597	2.879.100
2	Test Viêm gan A	16-Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV, chủng loại: HAV-W23, 40test/Hộp.	Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV (Máu toàn phần/huyết thanh/ huyết tương) • Độ nhạy tương đối: 99,5% • Độ đặc hiệu tương đối: 99,3% • Mức độ tương đồng chung: 99,4%	40 Test/ hộp	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd / Trung Quốc	3822	HAV-W23	Test	200	15.120	3.024.000
3	Test Viêm gan E	Khay xét nghiệm kháng thể IgM virus viêm gan E (Hepatitis E Virus Antibody IgM)	Xét nghiệm kháng thể IgM virus viêm gan E là xét nghiệm miễn dịch định tính dựa trên dải màng để phát hiện kháng thể IgM HEV trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương ; Xét nghiệm này chứa kháng thể IgM kháng người của chuột làm thuốc thử bắt giữ, kháng nguyên HEV làm thuốc thử phát hiện. Một kháng thể IgG kháng dê của chuột được sử dụng trong hệ thống dòng kiểm soát; Độ nhạy: 95,71% , Độ đặc hiệu : 98,42% Xét nghiệm kháng thể IgM của virus viêm gan E không cho thấy phản ứng chéo đối với các mẫu dương tính với kháng thể RSV, kháng thể Adeno, HBsAg, kháng thể giang mai, kháng thể H.Pylori và kháng thể HCV.	25 Test/Hộp	Hangzhou Testsea Biotechnology Co., LTD - Trung Quốc	3822	HEV-P23	Test	200	17.500	3.500.000

4	Test cúm A/B	44-Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng vi rút Influenza A/B. Chủng loại: Influenza A/B Rapid Test Device, mã SP: A46071220, hộp 20 test.	- Mẫu bệnh phẩm: Dịch tỵ hầu - Kết quả lâm sàng cúm A: + Độ nhạy: 92.3% (95% CI: 84.2%–96.4%) + Độ đặc hiệu: 99.2% (95% CI: 97.3%–99.8%) + Độ chính xác: 97.7% (95% CI: 95.5%–98.8%) - Kết quả lâm sàng cúm B: + Độ nhạy: 90,8%(CI 95%: 81.3% – 95.7%) + Độ đặc hiệu: 98,9% (CI 95%: 96.9% – 99.6%) + Độ chính xác: 97.4% (CI 95%: 95.1% – 98.6%) Không phản ứng chéo với: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Human respiratory syncytial virus, Human adenovirus... - Đọc kết quả tại 15 phút Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	20 Test/Hộp	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd / Trung Quốc	3822	A46071220	Test	2.500	30.009	75.022.500
5	Test sốt xuất huyết	[R0061C] Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng Dengue trong máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương (OnSite® Dengue IgG/IgM Combo Rapid Test)	Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. Vạch IgG: - Độ nhạy: 97.3% (95%CI: 85.8%-99.9%) - Độ đặc hiệu: 99.3%. (95%CI: 97.5%-99.9%) - Độ chính xác : 99.1% (95%CI: 97.3%-99.8%) Vạch IgM: - Độ nhạy: 96.9% (95%CI: 83.8%-99.9%) - Độ đặc hiệu: 98.9%. (95%CI: 96.9%-99.8%) - Độ chính xác : 98.7% (95%CI: 96.8%-99.7%). Thời gian đọc kết quả trong vòng 20-25 phút, Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016	20 Test/Hộp	Beijing Genesee Biotech, Inc/ Trung Quốc	3822	R0061C	Test	300	34.000	10.200.000
Bằng chữ: Chín mươi tư triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm đồng./.											**94.625.600**