BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K
Số: 2101 /QĐ-BVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các Máy thở tại Bệnh viện K

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN K

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 24/2026/TT-BYT ngày 30/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác định mức độ rủi ro, biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị y tế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2022/tt-byt quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 98/2021/nđ-cp về quản lý thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 711/BYT-QĐ ngày 17/7/1969 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện K;

Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-BYT ngày 17/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện K;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BVK ngày 08/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện K về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại Bệnh viện K;

Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-BVK ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện K về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-BVK ngày 13/04/2026 của Giám đốc Bệnh viện K về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ Nguồn thu hoạt động sự nghiệp năm 2026 do Phòng VT-TBYT chủ trì mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-BVK ngày 25/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện K về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 713/QĐ-BVK ngày 13/4/2026 của Bệnh viện K về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ Nguồn thu hoạt động sự nghiệp năm 2026 do Phòng VT-TBYT chủ trì mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-BVK ngày 19/08/2026 của Giám đốc Bệnh viện K về việc phê duyệt danh mục chi tiết dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các Máy thở tại Bệnh viện K;

Căn cứ Báo cáo số 18.2026/BC-TTĐ814 ngày 12/10/2026 của Tổ thẩm định về việc xem xét, đánh giá về điều kiện để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các Máy thở tại Bệnh viện K;

Theo đề nghị của Phòng Vật tư – Thiết bị y tế tại Tờ trình số 937/TTr-VTTBYT ngày 28/9/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các Máy thở tại Bệnh viện K.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các Máy thở tại Bệnh viện K với nội dung chi tiết theo các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng/ Phụ trách khoa/phòng: Vật tư – Thiết bị y tế; Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN K

Lê Văn Quảng

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VTTBYT.

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM:
MUA SẮM DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CÁC MÁY THỞ TẠI BỆNH VIỆN K

(Kèm theo Quyết định số 2101 /QĐ-BVK ngày 15/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện K)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện K	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các Máy thở tại Bệnh viện K	Sửa chữa, bảo dưỡng 03 Máy thở hãng Carefusion, 02 Máy thở hãng GE Healthcare, 01 Máy thở hãng Medtronic	157.370.000	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện K	Chào giá trực tuyến rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
Tổng giá: **Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng./.**				**157.370.000**								

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN K

Lê Văn Quảng

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2101 /QĐ-BVK ngày 15 / 10 /2026 của Giám đốc Bệnh viện K)

STT	Tên phần (lô)	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đã có VAT, VNĐ)	Thành tiền (đã có VAT, VNĐ)
1	Phần 1	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 03 Máy thở hãng Carefusion	Chi tiết theo Phụ lục 3.1 đính kèm	01	Dịch vụ	70.640.000	**70.640.000**
2	Phần 2	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 02 Máy thở hãng GE Healthcare	Chi tiết theo Phụ lục 3.2 đính kèm	01	Dịch vụ	49.330.000	**49.330.000**
3	Phần 3	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 01 Máy thở hãng Medtronic	Chi tiết theo Phụ lục 3.3 đính kèm	01	Dịch vụ	37.400.000	**37.400.000**
Tổng cộng:							**157.370.000**
Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng.							

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN K

Lê Văn Quảng

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3.1
Nội dung chi tiết mô tả dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 03 Máy thở hãng Carefusion

(Kèm theo Quyết định số 2101 /QĐ-BVK ngày 15 / 10 /2026 của Giám đốc Bệnh viện K)

1. Danh mục thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng:

STT	Tên thiết bị	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	ĐVT	SL
1	**Máy thở** -Model: AVEA Ventilator -SN: BCV02342 -Hãng sản xuất: Carefusion -Nước sản xuất: USA -Năm Sản Xuất: 2012	-Sửa chữa các vị trí rò rỉ trên hệ thống khí,ống dẫn khí -Sửa chữa cụm van hít vào/thở ra -Sửa lỗi bộ lọc xử lý tình trạng Circuit Occlusion -Bảo dưỡng và hiệu chỉnh cụm van PEEP, van thở ra (Expiratory Valve) và các cơ cấu điều áp -Căn chỉnh cụm bánh xe, đảm bảo khả năng di chuyển, khóa hãm và độ ổn định cơ khí của thiết bị -Bảo trì ,bảo dưỡng hệ thống thông gió trong và ngoài máy -Hiệu chuẩn cảm biến áp suất, lưu lượng -Hiệu chỉnh các thông số PEEP, VE và nồng độ FiO_2 - Kiểm tra các van áp lực - Kiểm tra vệ sinh quạt tản nhiệt - Kiểm tra nước, van khoá, van an toàn - Căn chỉnh, hiệu chỉnh dòng Air-O2-Sensor - Căn chỉnh Flow Air cấp - Căn chỉnh O2 sensor cấp - Căn chỉnh chạy Seft test - Vệ sinh, Kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí - Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV -Vệ sinh các fill lọc gió.	Máy	1
2	**Máy thở** -Model: AVEA Ventilator -SN: BCV02281 -Hãng sản xuất: Carefusion -Nước sản xuất: USA -Năm Sản Xuất: 2012	-Sửa chữa cụm van hít vào/thở ra, bộ lọc xử lý tình trạng Circuit Occlusion - Bảo dưỡng cụm đo lưu lượng và áp suất; hiệu chỉnh các kênh đo VE, PEEP và FiO_2 -Bảo trì ,bảo dưỡng hệ thống thông gió trong và ngoài máy -Kiểm tra làm sạch đường dẫn khí, cụm van, bộ lọc -Bảo dưỡng và hiệu chỉnh cụm Safety Valve,các thông số Apnea Interval -Hiệu chỉnh cảm biến áp suất, lưu lượng và FiO_2 -Hiệu chỉnh các thông số PEEP, VE và nồng độ FiO_2 - Kiểm tra các van áp lực - Kiểm tra vệ sinh quạt tản nhiệt - Kiểm tra nước, van khoá, van an toàn - Căn chỉnh, hiệu chỉnh dòng Air-O2-Sensor - Căn chỉnh Flow Air cấp - Căn chỉnh O2 sensor cấp - Căn chỉnh chạy Seft test - Vệ sinh, Kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều	Máy	1

STT	Tên thiết bị	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	ĐVT	SL
		khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí. - Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV -Vệ sinh các fill lọc gió.		
3	**Máy thở** -Model: AVEA Ventilator -SN: BJV01067-Hãng sản xuất: Carefusion-Nước sản xuất: USA-Năm Sản Xuất: 2012	- Sửa chữa nguồn áp suất cấp, cảm biến FiO_2, van trộn khí và đường dẫn khí; hiệu chuẩn cảm biến FiO_2 - Hiệu chỉnh hệ thống đo lưu lượng, áp suất và FiO_2 - Kiểm tra cụm van thở ra vệ sinh loại bỏ hơi nước - Bảo dưỡng và lắp đặt lại hệ thống dây thở, bộ lọc và cụm van hít vào/thở ra; để xử lý tình trạng Circuit Disconnect. - Hiệu chỉnh cụm cảm biến lưu lượng hít vào/thở ra-Kiểm tra các van áp lực - Kiểm tra vệ sinh quạt tản nhiệt - Kiểm tra nước, van khoá, van an toàn - Căn chỉnh, hiệu chỉnh dòng Air-O2-Sensor - Căn chỉnh Flow Air cấp- Căn chỉnh O2 sensor cấp - Căn chỉnh chạy Seft test - Vệ sinh, Kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí - Vệ sinh hệ thống cấp nguồn cho các module điều khiển khí và xử lý hiện tượng oxy hóa tiếp điểm - Hiệu chỉnh và chạy các chương trình Self Test, Leak Test - Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV -Vệ sinh các fill lọc gió.	Máy	1

2. Yêu cầu khác:

- Cung cấp giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc có hợp đồng tương tự hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Bàn giao và sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo chức năng của máy hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu chuyên môn của đơn vị sử dụng.

- Bảo hành ≥ 6 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Giao hàng và lắp đặt tại Bệnh viện K - Cơ sở Chính.

- Thời gian thực hiện dịch vụ sửa chữa ≤ 60 ngày.

- Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) nếu có hoặc cam kết cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có thay thế vật tư, linh kiện).

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3.2
Nội dung chi tiết mô tả dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 02 Máy thở hãng GE Healthcare

(Kèm theo Quyết định số 2101 /QĐ-BVK ngày 15 / 10 /2026 của Giám đốc Bệnh viện K)

1. Danh mục thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng:

STT	Tên thiết bị	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	ĐVT	SL
1	**Máy thở** Model: Engstrom Pro SN: CBCU00610 - Hãng/nước sản xuất: GE Healthcare/ USA - Năm sản xuất: 2015	- Sửa chữa bảng mạch phụ sensor. - Kiểm tra Cụm van hít vào/thở ra, bộ dây thở và bộ lọc; khắc phục tình trạng cản trở lưu thông khí - Sửa chữa nguồn áp suất cấp, cảm biến FiO_2, van trộn khí (blender) và đường dẫn khí; cảm biến FiO_2 -Kiểm tra Hệ thống điều khiển điện – khí - Kiểm tra Cụm giảm áp và ổn áp khí, hiệu chỉnh áp suất làm việc - Kiểm tra các van áp lực - Kiểm tra vệ sinh quạt tản nhiệt - Kiểm tra nước, van khoá, van an toàn. - Căn chỉnh, hiệu chỉnh dòng Air-O2-Sensor - Căn chỉnh Flow Air cấp - Căn chỉnh O2 sensor cấp - Căn chỉnh chạy Seft test - Vệ sinh, Kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí - Vệ sinh hệ thống cấp nguồn cho các module điều khiển khí và xử lý hiện tượng oxy hóa tiếp điểm - Hiệu chỉnh và chạy các chương trình Self Test, Leak Test - Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV -Vệ sinh các fill lọc gió.	Máy	1
2	**Máy thở** Model: Engstrom Pro SN: CBCU00608-Hãng/nước sản xuất: GE Healthcare/ USA-Năm sản xuất: 2015	- Sửa chữa lỗi flow Sensor -Lắp đặt và hiệu chuẩn cụm cảm biến FiO_2 -Sửa chữa xử lý các vị trí rò rỉ, hở mạch khí - Kiểm tra điện áp: ±5V, ±12V -Kiểm tra Cụm van thở ra vệ sinh loại bỏ hơi nước -Kiểm tra Hệ thống điều khiển điện – khí - Kiểm tra Cụm giảm áp và ổn áp khí, hiệu chỉnh áp suất làm việc - Kiểm tra các van áp lực - Kiểm tra vệ sinh quạt tản nhiệt - Kiểm tra nước, van khoá, van an toàn - Căn chỉnh, hiệu chỉnh dòng Air-O2-Sensor - Căn chỉnh Flow Air cấp - Căn chỉnh O2 sensor cấp- Căn chỉnh chạy Seft test - Vệ sinh, Kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí - Vệ sinh hệ thống cấp nguồn cho các module điều khiển khí và xử lý hiện tượng oxy hóa tiếp điểm	Máy	1

STT	Tên thiết bị	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	ĐVT	SL
		- Hiệu chỉnh và chạy các chương trình Self Test, Leak Test - Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV -Vệ sinh các fill lọc gió.		

2. Yêu cầu khác:

- Cung cấp giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc có hợp đồng tương tự hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Bàn giao và sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo chức năng của máy hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu chuyên môn của đơn vị sử dụng.

- Bảo hành ≥ 6 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Giao hàng và lắp đặt tại Bệnh viện K - Cơ sở Chính.

- Thời gian thực hiện dịch vụ sửa chữa ≤ 60 ngày.

- Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) nếu có hoặc cam kết cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có thay thế vật tư, linh kiện).

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3.3
Nội dung chi tiết mô tả dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 01 Máy thở hãng Medtronic

(Kèm theo Quyết định số 2101 /QĐ-BVK ngày 15 / 10 /2026 của Giám đốc Bệnh viện K)

1. Danh mục thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng:

STT	Tên thiết bị	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	ĐVT	SL
1	**Máy thở** -Model: Puritan Bennett 980 Ventilator -SN: 35B2102934 -Hãng sản xuất: Medtronic -Nước sản xuất: USA -Năm Sản Xuất: 2021	-Sửa chữa Flow sensor -Hiệu chỉnh nồng độ Vte và VTi áp lực hít vào/thở ra -Sửa chữa sensor bộ trộn khí -Sửa chữa board CPU và GUI màn hình. -Sửa chữa đường cấp nguồn 3.3V/5V/12V board mạch màn hình -Khôi phục kết nối giữa Main Board và Display Board -Cắm điện, cài đặt, hiệu chỉnh các phương thức thở, các loại báo động, các thông số của máy - Đo các điện áp của ROM, RAM, MCU, CPU, IC - Kiểm tra các van áp lực - Kiểm tra vệ sinh quạt tản nhiệt - Kiểm tra nước, van khoá, van an toàn - Căn chỉnh, hiệu chỉnh dòng Air-O2-Sensor - Căn chỉnh Flow Air cấp - Căn chỉnh O2 sensor cấp - Căn chỉnh chạy Seft test - Vệ sinh, Kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí - Vệ sinh hệ thống cấp nguồn cho các module điều khiển khí và xử lý hiện tượng oxy hóa tiếp điểm - Hiệu chỉnh và chạy các chương trình Self Test, Leak Test - Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV -Vệ sinh các fill lọc gió.	Máy	1

2. Yêu cầu khác:

- Cung cấp giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc có hợp đồng tương tự hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Bàn giao và sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo chức năng của máy hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu chuyên môn của đơn vị sử dụng.

- Bảo hành ≥ 6 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Giao hàng và lắp đặt tại Bệnh viện K - Cơ sở Chính.

- Thời gian thực hiện dịch vụ sửa chữa ≤ 60 ngày.

- Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) nếu có hoặc cam kết cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có thay thế vật tư, linh kiện).

