UBND TỈNH ĐẮK LẮK **BQL CÁC DỰ ÁN ĐTXD** **KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH** Số: 1794/BQL-KHTH *V/v làm rõ E-HSMT, gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên.*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Đắk Lắk, ngày 06 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi: Các nhà thầu tham gia dự thầu.

Tiếp nhận các yêu cầu làm rõ E-HSMT, gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại các mã yêu cầu: số CID2600009722 ngày 24/7/2026; số CID2600009841 ngày 27/7/2026; số CID2600009858 ngày 28/7/2026; số CID2600009930 ngày 29/7/2026; số CID2600009950 ngày 30/7/2026; số CID2600010097 ngày 31/7/2026.

Qua xem xét nội dung lựa chọn cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị (tại Văn bản số 410/CV-BVSN ngày 24/6/2026 của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Đắk Lắk), nội dung E-HSMT được duyệt, các yêu cầu làm rõ của nhà thầu và các Công văn số 63/CV-TT ngày 24/7/2026, số 73/CV-TT ngày 04/8/2026 của Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Thiên Thanh (đơn vị tư vấn đấu thầu). Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phí Đông tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

1. Nội dung đề nghị làm rõ tại mã số CID2600009722 ngày 24/7/2026:

Trong mã phần lô **PP2600287323-PHẦN SỐ 5**: THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN, mục số 5: Nồi hấp tiệt trùng loại ≥ 695 lít. Trong phần Thông số kỹ thuật có yêu cầu *"Tủ điện điều khiển đạt chứng nhận tiêu chuẩn IEC 61439-1, IEC 61439-2 do tổ chức Notified Body cấp"*.

Chúng tôi nhận thấy việc đưa tính năng này vào là không phù hợp; bởi vì Bộ tiêu chuẩn IEC 61439-1 và IEC 61439-2 được áp dụng cho hệ thống tủ điện nguồn và tủ điều khiển hạ thế (điện công nghiệp). Đối với sản phẩm là thiết bị Y tế, nên yêu cầu thiết bị phải đạttiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601, IEC 60601-1. IEC 60601 là một loạt các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn cho thiết bị điện y tế. IEC 60601-1 (Phiên bản 3.2) đề cập đến các yêu cầu về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của thiết bị điện y tế và đảm bảo rằng không có lỗi điện, cơ, nhiệt hoặc chức năng nào gây ra rủi ro không thể chấp nhận được cho bệnh nhân hoặc người vận hành. IEC 60601-1 Phiên bản 3.2 có thể sẽ trở thành tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi tại Hoa Kỳ, Canada, EU, Nhật Bản, Brazil, Nga và Úc. Việc quy định cụ thể "*Tủ điện điều khiển đạt chứng nhận tiêu chuẩn IEC 61439-1, IEC61439-2 do tổ chức Notified Body cấp*" có thể làm thu hẹp phạm vi cạnh tranh và hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có hàng hóa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật.

Để bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu bỏ yêu cầu "*Tủ điện điều*

khiển đạt chứng nhận tiêu chuẩn IEC 61439-1, IEC 61439-2 do tổ chức Notified Body cấp" vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật của hàng hóa nhưng không giới hạn nhà thầu vào một loại hình tổ chức chứng nhận cụ thể, qua đó tăng tính cạnh tranh và phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật về đấu thầu

b) Nội dung trả lời của Chủ đầu tư:

Để phù hợp với các yêu cầu an toàn điện của đơn vị sử dụng và theo nội dung lựa chọn của Hội đồng khoa học Bệnh viện. Nên vẫn giữ nguyên các nội dung yêu cầu của E-HSMT đối với thiết bị Nồi hấp tiệt trùng loại ≥ 695 lít. Đề nghị nhà thầu nghiên cứu hồ sơ mời thầu để thực hiện.

2. Nội dung đề nghị làm rõ tại mã số CID2600009841 ngày 27/7/2026 và mã số CID2600009858 ngày 28/7/2026:

a) Nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu:

STT theo E-HSMT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Danh mục hàng hóa	Nội dung Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật trong E-HSMT	Kiến nghị của nhà thầu	Đề xuất điều chỉnh
2.3	PP260 02873 20	Phần số 02:Thiết bị phẫu thuật	Đèn mổ di động	- Trường sáng (d10) khi chiếu sáng: Từ 150 đến 350 mm	Trường sáng từ 150 đến 350 mm là dải điều chỉnh quá rộng và không cần thiết cho đèn mổ di động, điều này có thể làm tăng diện tích của đầu đèn, làm tăng khối lượng đèn và xảy ra hiện tượng trôi đèn về sau.	- Trường sáng (d10) khi chiếu sáng: Từ ≥ 200 mm
3.3	PP260 02873 21	Phần số 03:Thiết bị khám, điều trị, thăm dò chức năng và nội nhi	Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (Gồm 01 máy chủ và 10 máy con)	- Dung lượng ổ cứng lớn: lưu dữ liệu Trend ≥ 120 giờ.	Thời gian lưu trữ 72 giờ liên tục đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu theo dõi và xem lại diễn biến người bệnh trong đa số tình huống lâm sàng. Sau khoảng thời gian này, việc đánh giá diễn biến thường dựa trên hồ sơ bệnh án, kết quả cận lâm sàng và các ghi nhận điều trị, thay vì chỉ dựa trên dữ liệu trend của monitor. Do đó, yêu cầu lưu trữ tối thiểu 120 giờ không mang lại lợi ích lâm sàng rõ rệt nhưng có thể làm hạn chế sự tham gia của các nhà sản xuất có cấu hình tương đương	Dung lượng ổ cứng lớn: lưu dữ liệu Trend ≥ 72 giờ.
3.5	PP260 02873 21	Phần số 03:Thiết bị khám, điều trị, thăm dò chức năng và nội nhi	Máy theo dõi bệnh nhân loại 3 thông số	Phạm vi đo NIBP Độ chính xác: ≤ 3 mmHg	Độ chính xác +- 5 mmHg đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế về máy đo huyết áp không xâm lấn, đồng thời tránh hạn chế sự tham gia của các nhà thầu	Phạm vi đo NIBP Độ chính xác: ≤ 5 mmHg
3.8	PP260 02873 21	Phần số 03:Thiết bị khám, điều trị, thăm dò chức năng và nội nhi	Lồng ấp trẻ sơ sinh	Có hiển thị mức độ ẩm và công suất gia nhiệt.	công suất gia nhiệt chỉ có ở giường sưởi, không có trên lồng ấp	Có hiển thị mức độ ẩm và chế độ hoạt động
4.1	PP260 02873 22	Phần số 04: Thiết bị sản khoa	Bộ dụng cụ cố định	Tất cả các dụng cụ phải đồng bộ chính hãng	Đối với bộ dụng cụ, nhiều cụ được sản xuất bởi các hãng khác nhau nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng tương thích và mục đích sử dụng. Việc yêu cầu tất cả dụng cụ thuộc nhóm G7 phải "đồng bộ chính hãng" làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu	Đề xuất bỏ điểm này
				45. Dụng cụ giữ vít dài 22.5 cm: 1 Cái	Chiều dài 22.5cm không phải loại phổ biến, chỉ sử dụng cho phẫu trường sâu, khó điều khiển chính xác	45. Dụng cụ giữ vít ≥9cm: 1 Cái
				58. Dụng cụ vặn vít dành cho vít hình	Cấu hình hạn chế nhà thầu, đề xuất bỏ ra, vì trong bộ dụng cụ này không có dụng cụ vít hoa mai.	Đề xuất bỏ điểm này

				hoa mai loại 6mm (áp dụng trong trường hợp: nếu trong bộ dụng cụ có sử dụng vít hình hoa mai): 2 Cái		
4.2	PP26002873 22	Phần số 04:Thiết bị sản khoa	Bộ dụng cụ đỡ đẻ (bộ kẹp rốn)	Tất cả các dụng cụ phải đồng bộ chính hãng	Đối với bộ dụng cụ, nhiều cụ được sản xuất bởi các hãng khác nhau nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng tương thích và mục đích sử dụng. Việc yêu cầu tất cả dụng cụ thuộc nhóm G7 phải "đồng bộ chính hãng" làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu	Đề xuất bỏ điểm này
4.4	PP26002873 22	Phần số 04:Thiết bị sản khoa	Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình	Tất cả các dụng cụ phải đồng bộ chính hãng (trừ Máy hút dịch liên tục áp lực thấp)	Đối với bộ dụng cụ, nhiều cụ được sản xuất bởi các hãng khác nhau nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng tương thích và mục đích sử dụng. Việc yêu cầu tất cả dụng cụ thuộc nhóm G7 phải "đồng bộ chính hãng" làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu	Đề xuất bỏ điểm này
				18. Dụng cụ róc xương Alexander cong, dài 21cm, lưỡi rộng 12mm: 1 Cái	Cấu hình ghi chi tiết dụng cụ hạn chế nhà thầu	18. Dụng cụ róc xương Alexander cong, dài 21cm: 1 Cái
				55. Máy hút dịch liên tục áp lực thấp		
				55.1. Cấu hình cung cấp - 01 thanh điều chỉnh áp lực nước. - 01 tay cầm máy - 01 bộ van an toàn	Mang tính chất diễn dãi, các máy đều có nhưng không thể hiện trong hồ sơ. Yếu tố hạn chế nhà thầu	Đề xuất bỏ điểm này
				55.2. Thông số kỹ thuật - Máy áp dụng nguyên tắc lưu lượng kế để đề phòng trục trặc do áp suất. - Đạt tiêu chuẩn EMC trong chống nhiễu điện từ - Mực nước có thể điều chỉnh để cài đặt áp lực hút	Mang tính chất diễn dãi, các máy đều có nhưng không thể hiện trong hồ sơ. Yếu tố hạn chế nhà thầu	Đề xuất bỏ điểm này
4.5	PP26002873 22	Phần số 04:Thiết bị sản khoa	Bộ dụng cụ phẫu thuật Sản khoa	Tất cả các dụng cụ phải đồng bộ chính hãng	Đối với bộ dụng cụ, nhiều cụ được sản xuất bởi các hãng khác nhau nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng tương thích và mục đích sử dụng. Việc yêu cầu tất cả dụng cụ thuộc nhóm G7 phải" đồng bộ chính hãng" làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu	Đề xuất bỏ điểm này
				24. Kẹp tử cung Schroeder, loại 1x1 răng, dài 25cm: 2 Cái	Các hãng sản xuất có loại kẹp tử cung 1x1 răng có tên gọi Schroeder, Braun...đề xuất mở rộng tương đương	24. Kẹp tử cung Schroeder loại 1x1 răng, dài 25cm hoặc tương đương: 2 Cái
4.6	PP26002873 22	Phần số 04:Thiết bị sản khoa	Bộ dụng cụ nội soi mũi	Tất cả các dụng cụ phải đồng bộ chính hãng	Đối với bộ dụng cụ, nhiều cụ được sản xuất bởi các hãng khác nhau nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng tương thích và mục đích sử dụng. Việc yêu cầu tất cả dụng cụ thuộc nhóm G7 phải" đồng bộ chính hãng" làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu	Đề xuất bỏ điểm này

				22.Kềm sinh thiết, cong lên 90°, ngàm 2-3 mm, mở theo chiều dọc: 1 Cái	Cấu hình kềm sinh thiết mô tả chi tiết hạn chế nhà sản, đề xuất mở rộng	22.Kềm sinh thiết, cong lên 70°- 90°, ngàm 2-3 mm, mở theo chiều dọc: 1 Cái
				23.Kềm sinh thiết, cong lên 90°, ngàm 2-3 mm, mở theo chiều ngang: 1 Cái	Cấu hình kềm sinh thiết mô tả chi tiết hạn chế nhà sản, đề xuất mở rộng	23.Kềm sinh thiết, cong lên 90°- 110°, ngàm 2-3 mm, mở theo chiều ngang: 1 Cái

Các nội dung kiến nghị nêu trên được đưa ra trên cơ sở rà soát yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và khả năng cung ứng thực tế của hàng hóa trên thị trường. Việc xem xét, làm rõ và điều chỉnh các nội dung này sẽ góp phần bảo đảm yêu cầu kỹ thuật phù hợp với mục đích sử dụng, không làm thay đổi bản chất nhu cầu mua sắm, đồng thời tạo điều kiện để nhiều nhà thầu, nhà sản xuất có sản phẩm đáp ứng tương đương được tham gia, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

b) Nội dung trả lời của Bên mời thầu:

Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, mục đích sử dụng của Bệnh viện. Nên vẫn giữ nguyên các nội dung yêu cầu của E-HSMT đối với các thiết bị nêu trên. Đề nghị nhà thầu nghiên cứu hồ sơ mời thầu để thực hiện.

3. Nội dung đề nghị làm rõ tại mã số CID2600009930 ngày 29/7/2026:

a) Nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu:

PP2600287321 – PHẦN SỐ 03: THIẾT BỊ KHÁM, ĐIỀU TRỊ, THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ NỘI NHI
STT 12: HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)

Mô tả và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm	Dẫn chứng chi tiết thông số kỹ thuật của các hãng trên thị trường			Đề xuất làm rõ
	Hãng sản xuất: Creo Medical / Đức	**Hãng sản xuất: Olympus, Nhật Bản**	**Hãng sản xuất: HUONS MEDITECH CO., LTD/ Hàn Quốc**	
14. Máy rửa ống nội soi	**Model: WASH MASTER ECO DUO**	**Model: OER-AW**	**Model: HUEN DR 02**	
- Thời gian tiệt khuẩn trong khoảng: ≤ 5 ~ ≥ 60 phút	Có thể cài đặt thời gian khử trùng **IFU WASH MASTER ECO DUO trang 35** Disinfection cycle: freely selectable + 2.5 min. (filling and emptying)	Có thể cài đặt thời gian khử trùng **Catalogue OER-AW trang 4** Disinfection time setting: 5 - 60 minutes	Có thể cài đặt thời gian khử trùng **Catalogue HUEN DR 02 trang 2** Disinfection: 00:00 – 90:50 (min:sec)	Vì tính năng kỹ thuật này không đáp ứng với đa số các hãng đang có trên thị trường. Đồng thời, máy rửa ống nội soi mềm bằng hóa chất, bản chất thường là làm sạch + khử khuẩn mức cao, không phải tiệt trùng hoàn toàn theo nghĩa sterilization nên đề xuất làm rõ tính năng này - Đề xuất thay đổi: "Thời gian tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn trong khoảng: ≤ 5 ~ ≥ 60 phút"

b) Nội dung trả lời của Chủ đầu tư:

Đối với nội dung "Thời gian tiệt khuẩn trong khoảng: ≤ 5 ~ ≥ 60 phút" của Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng), đây là nội dung yêu cầu thời gian tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn. Đề nghị nhà thầu nghiên cứu hồ sơ mời thầu để thực hiện.

4. Nội dung đề nghị làm rõ tại mã số CID2600009950 ngày 30/7/2026:

a) Nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu:

STT theo E-HSMT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Danh mục hàng hóa	Nội dung Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật trong E-HSMT	Nội dung yêu cầu làm rõ	Đề xuất điều chỉnh
3.7	PP2600287321	Phần số 03: Thiết bị khám, điều trị, thăm dò chức năng và nội nhi	Giường cấp cứu	**Mục III : Thông số kỹ thuật:** **Quy cách:** **Kích thước tổng thể:** **Chiều dài :** ≥ 2160mm **Chiều rộng :** ≥ 960mm **Chiều cao:** ≤ 380 mm đến ≥720 mm	Chiều cao của giường đạt tối thiểu như yêu cầu là ≤ 380 là không hợp lý . Vì khi hạ tấm chắn an toàn xuống sẽ bị chạm mặt đất.	Chiều cao giường: ≤ 500 mm đến ≥720 mm
				Chức năng : **Chiều cao:** ≤ 380 mm đến ≥720 mm	Chiều cao của giường đạt tối thiểu như yêu cầu là ≤ 380 là không hợp lý . Vì khi hạ tấm chắn an toàn xuống sẽ bị chạm mặt đất.	Chiều cao giường: ≤ 500 mm đến ≥720 mm
				Bàn ăn : **Cao:** từ ≤ 660 mm đến ≥ 900 mm (điều chỉnh được)	**Bàn ăn :** Chiều cao của bàn ăn di động cần cao hơn 660 vì khi nâng giường có độ cao tổng thể giương thấp nhất thông thường là 500mm cần có khoảng cách thích hợp từ mặt giường đến mặt bàn ăn để cho bệnh nhân ngồi khi ruỗi chân ngang qua bàn ăn.	**Bàn ăn:** Chiều cao: từ ≤ 850 mm đến ≥ 900 mm
				Dầu giường và chân giường: (sai số kích thước DxR ±10 mm) : **Độ dày:** Đầu giường 60 mm, Chân giường 60 mm	**Đầu giường và chân giường: (sai số kích thước DxR ±10 mm) :** Độ dày: Đầu giường 60 mm, Chân giường 60 mm	**Đầu giường và chân giường: (sai số kích thước DxR ±10 mm):** Độ dày: Đầu giường 600 mm, Chân giường 600 mm

b) Nội dung trả lời của Chủ đầu tư:

Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, mục đích sử dụng của Bệnh viện. Nên vẫn giữ nguyên các nội dung yêu cầu của E-HSMT đối với các thiết bị nêu trên. Đề nghị nhà thầu nghiên cứu hồ sơ mời thầu để thực hiện.

5. Nội dung đề nghị làm rõ tại mã số CID2600010097 ngày 31/7/2026:

a) Nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Stt tại chương V-EHSMT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Tên hàng hoá theo E-HSMT	Nội dung Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật trong E-HSMT	Kiến nghị của nhà thầu	Nội dung đề xuất điều chỉnh
9	PP2600287321	**Phần số 03:** Thiết bị khám điều trị, thăm dò chức năng và nội nhi	Máy phá rung tim	+ Loại màn hình màu: LCD TFT có thể hiển thị lên đến 4 dạng sóng	Yêu cầu màn hình hiển thị đồng thời tối đa 4 dạng sóng chỉ là một đặc tính về giao diện hiển thị, không phải là chỉ tiêu quyết định độ chính xác, độ an toàn hay hiệu quả theo dõi người bệnh. Tiêu chí này làm hạn chế nhà thầu có sản phẩm tương đương tham dự	Loại màn hình màu: LCD TFT hoặc tương đương
				+ Năng lượng sốc ngoài: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, ≥ 270J	Yêu cầu mức năng lượng chi tiết như vậy chỉ có 1 hãng đáp ứng, các hãng khác có thể sử dụng các mức chia năng lượng khác nhau nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu và hiệu quả khai thác máy	+ Năng lượng sốc ngoài: tối đa lên tới ≥ 270J
				+ Năng lượng sốc trong: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, ≥ 50 J	Khử rung trong là chức năng sử dụng với tay sốc trong chuyên dụng và không phải là yêu cầu bắt buộc đối với đa số máy phá rung tim sử dụng trong cấp cứu, hồi sức thông thường. Việc giữ tiêu chí này có thể làm hạn chế sự tham gia của các sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn	Đề xuất bỏ điểm này
				+ **Năng lượng** đầu ra (trên 50 Ohm)	Đơn vị đo lường của năng lượng là "J", đơn vị đo lường của trở kháng là "Ohm"	+ **Trở kháng** đầu ra (trên 50 Ohm)
				- Chức năng in:	Do đây không phải là chức năng cốt lõi ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của máy phá rung tim. Hiện nay, nhiều hãng có khả năng lưu trữ và xuất dữ liệu sự kiện, kết quả tự kiểm tra dưới dạng điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý và truy xuất thông tin. Việc không quy định bắt buộc máy có tính năng này sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh của gói thầu, tạo điều kiện cho nhiều nhà sản xuất, nhà thầu tham gia mà vẫn bảo đảm yêu cầu chuyên môn	
				+ Ghi trễ		Đề xuất bỏ điểm này
				+ Kết quả Self-test		Đề xuất bỏ điểm này
				+ Lịch sử vận hành, trạng thái thiết bị		+ Lịch sử vận hành
10	PP2600287321	**Phần số 03:** Thiết bị khám điều trị, thăm dò chức năng và nội nhi	Máy điện tim	- Bộ lọc chống trôi đường cơ bản: Yếu: 0.1Hz (-20dB), Mạnh: 0.1Hz (34dB)	Việc quy định cụ thể mức suy giảm -20 dB/-34 dB tại 0,1 Hz là thông số đặc thù của một hãng sản xuất, trong khi các hãng khác có thể sử dụng phương pháp thiết kế bộ lọc khác nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn IEC và bảo đảm chất lượng chẩn đoán. Tiêu chí này làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu mà không làm tăng hiệu quả sử dụng thiết bị	Đề xuất bỏ điểm này

b) Nội dung trả lời của Chủ đầu tư:

Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, mục đích sử dụng của Bệnh viện. Nên vẫn giữ nguyên các nội dung yêu cầu của E-HSMT đối với các thiết bị nêu trên. Đề nghị nhà thầu nghiên cứu hồ sơ mời thầu để thực hiện.

Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phí Đông tỉnh Đắk Lắk thông báo cho các nhà thầu được biết./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- C.ty CP DVTV đầu tư Thiên Thanh (p/h);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC



Đặng Khoa Đãm