SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH

Số: 2813/QĐ-BVĐKVĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - HạnhPhúc

Vân Đình, ngày 06 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm, thay thế bóng phát tia X (Bóng XQ)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầuh quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-SYT ngày 10/12/2025 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Vân Đình tại Tờ trình số 2807/TTr-BVĐKVĐ ngày 05/10/2026 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm, thay thế bóng phát tia X (Bóng XQ);

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 06/10/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Vân Đình về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm, thay thế bóng phát tia X (Bóng XQ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm, thay thế bóng phát tia X (Bóng XQ) với nội dung chi tiết *theo phụ lục đính kèm*.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Tổ chuyên gia đấu thầu Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Vân Đình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn

nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu và các khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu:VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH

Nguyễn Khuyến

Phụ lục I

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm, thay thế bóng phát tia X (Bóng XQ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2813/QĐ-BVĐKVĐ ngày 06 tháng 10 năm 2026 của BVĐK Vân Đình)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính									
01	Bệnh viện đa khoa Vân Đình	Gói thầu số 04: Mua sắm, thay thế bóng phát tia X (Bóng XQ)	Mua sắm, thay thế bóng phát tia X (Bóng XQ)	380.000.000	Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Tháng 10/2026	Hợp đồng trọn gói	03 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**380.000.000**								

Phụ lục II: DANH MỤC MUA SẮM BÓNG PHÁT TIA X (BÓNG XQ)

(Kèm theo Quyết định số 2813/QĐ-BVĐKVĐ ngày 06/10/2026 của BVĐK Vân Đình)

TT	Tên vật tư, thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model,	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Năm sản xuất	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	**Bóng phát tia X (Bóng XQ)**	Model: E7255FX	Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd./ Nhật Bản	2025 trở về sau	Tương thích với Hệ thống máy X Quang kỹ thuật số DR (2 tấm cảm biến DR); Model: Anthem-Delworks; Hãng SX: Del Medical; Nước SX: Mỹ; Năm SX 2017 ***Thông số kỹ thuật:** - Kiểu bóng: Anode quay - Tốc độ quay anode: 2700 vòng/phút tại 50 Hz - Điện áp bóng tối đa 150kV - Dòng điện tối đa 1000mA tại 70 kV - Tiêu điểm bóng: tiêu điểm nhỏ 0.6 mm / tiêu điểm lớn 1.2 mm - Góc đích anode: 12° - Khả năng trữ nhiệt của anode: 300 kHU (210 kJ) - Khả năng trữ nhiệt của bóng: 950 kJ (1339 kHU) - Mức lọc cố định: 0,8 mm Al tại 75 kV	Cái	01	380.000.000	**380.000.000**
	Tổng số: 01								**380.000.000**