SỞ Y TẾ GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 458 /QĐ-TTTP

Tuy Phước, ngày 30 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Mua sắm máy điện tim 3 cần phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Tuy Phước năm 2026

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHƯỚC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định 2115/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung đối với thuốc, vật tư y tế, thủy tinh thể nhân tạo, vật tư xét nghiệm, khí y tế và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-TTTP ngày 29/10/2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, số lượng và giá gói thầu dự toán mua sắm: Mua sắm máy điện tim 3 cần phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Tuy Phước năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ mua sắm tại Tờ trình số 10/TTr-TMS ngày 29/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm máy điện tim 3 cần phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Tuy Phước năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm máy điện tim 3 cần phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Tuy Phước năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và các khoa/phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo TTYT;
- Lưu: VT, KD-VT, TBYT; TC-KT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHƯỚC

Nguyễn Bá Lương

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA SẮM MÁY ĐIỆN TIM 3 CẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 458 /QĐ-TTTP ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm Y tế Tuy Phước	Mua sắm máy điện tim 3 cần	Mua sắm 02 máy điện tim mới 100% (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm)	**90.000.000**	Bao gồm nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế Tuy Phước	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia		30 ngày	Từ tháng 11 năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu		**90.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)* *Giá thiết bị đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng,... tại khoa Nội – Nhi và khoa CĐHA – Trung tâm Y tế Tuy Phước.*										

Phụ lục 01
DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm máy điện tim 3 cần

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTTP ngày tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước)

STT	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Quy cách kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Giá kế hoạch* (VND)	Thành tiền (VND)
1	Máy điện tim 3 cần	ECG-3150	Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau, máy mới 100%, ISO 13485, ISO 9001; Nguồn điện sử dụng phù hợp với nguồn điện lưới Việt Nam * Cấu hình cung cấp: Máy chính với màn hình ≥5inch và có sẵn phần mềm phân tích kết quả điện tim, 1 cổng LAN kết nối với máy tính, 2 cổng USB và phụ kiện chuẩn đi kèm gồm: - 01 Dây nguồn máy điện tim - 01 Bộ chuyển đổi nguồn (AC adaptor) - 01 Dây cáp điện tim - 06 Điện cực hút ở ngực bằng núm cao su - 04 Điện cực kẹp chi - 01 Cuộn giấy in nhiệt cho máy điện tim 3 cần - 01 Bút lau đầu máy ghi nhiệt - 01 Pin sạc - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt * Yêu cầu kỹ thuật: - Là thiết bị được sử dụng để đo điện tâm đồ cho bệnh nhân	Shanghai Kohden Medical Electronic Instrument Corp.	Trung Quốc	Máy	02	45.000.000	90.000.000

STT	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Quy cách kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Giá kế hoạch* (VND)	Thành tiền (VND)
			- Màn hình hiển thị loại LCD màu - Hiển thị ít nhất các thông số cơ bản: 12 đạo trình sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, mã hoạt động, tần số tim, độ nhiễu - Thu tín hiệu điện tim - Điện trở đầu vào: ≥ 50MΩ - Độ nhạy: 10 mm/mV ±2% - Tốc độ thu thập mẫu 8000 mẫu/s - Xử lý tín hiệu - Hệ số lọc nhiễu >105 dB - Tốc độ lấy mẫu phân tích 500 mẫu/s - Bộ lọc nhiễu điện lưới 50/60 Hz * Yêu cầu bảo hành: tối thiểu 12 tháng.						
Tổng cộng: 01mặt hàng									**90.000.000**

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

Giá thiết bị đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng,... tại khoa Nội – Nhi và khoa CĐHA – Trung tâm Y tế Tuy Phước.