SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3125/QĐ -BVĐKTT

Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Flow sensor insert

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ xung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 3089/QĐ-BVĐKTT ngày 07/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự Mua sắm Flow sensor insert;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia Bệnh viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Flow sensor insert, Bao gồm:

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Flow sensor insert.
- Tên gói thầu: Mua sắm Flow sensor insert.
- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH TM và DV Hudopha
- Giá trúng thầu: 41.500.000 đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện.
- Thời gian thực hiện gói thầu/Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Danh mục hành hóa trúng thầu: (Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chủ đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến đơn vị tham dự thầu theo nội dung như Điều 1 Quyết định này và tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chủ đầu tư, Công ty TNHH TM và DV Hudopha và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM

Nguyễn Hoành Cường

PHỤ LỤC:
DANH MỤC HÀNH HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu: Mua sắm Flow sensor insert

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Ký/ mã/ nhãn hiệu	Hãng sx	Nước sx	Năm sx	Thông số, tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
1.	Flow sensor insert (Cảm biến lưu lượng sơ sinh)	8410179/ Neonatal flowsensor insert (5x)	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Đức	2025 trở về sau	Chất liệu: Polysulfon (PSU). Nguyên lý: Cảm biến dây nhiệt (Hot-wire anemometry) Cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở HFO Draeger Tương thích với máy thở Babylog 8000/8000 plus, Babylog VN500, Babylog VN600, Babylog VN800	Cái	10	4.150.000	41.500.000
Tổng cộng:										**41.500.000**