SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG

Số: 956 /QĐ-BVM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/8/2026 của Hội đồng khoa học kỹ thuật về việc thông qua đặc tính kỹ thuật và hình thức lựa chọn nhà thầu mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc;

Căn cứ Báo giá của các công ty đến hết ngày 10/9/2026;

Căn cứ kết quả trúng thầu được công khai trên hệ thống muasamcong.mpi.gov.vn đến hết ngày 10/9/2026;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-BVM ngày 05/11/2025 của Giám đốc bệnh

viện Mắt Hải Phòng về việc kiện toàn Tổ mua sắm đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm của bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-BVM ngày 05/11/2025 của Giám đốc bệnh viện Mắt Hải Phòng về việc kiện toàn Tổ thẩm định đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm của bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BVM ngày 05/11/2025 của Giám đốc bệnh viện Mắt Hải Phòng về việc kiện toàn Tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm của bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Căn cứ Tờ trình ngày 14/9/2026 của Tổ mua sắm Bệnh viện Mắt (theo Quyết định số 737/QĐ-BVM ngày 05/11/2025) về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng (chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Tổ mua sắm, Tổ chuyên gia, tổ thẩm định, khoa Dược có trách nhiệm:

- Tổ chức đấu thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

- Cung cấp các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu.

Điều 3. Tổ mua sắm, Tổ chuyên gia, tổ thẩm định, khoa Dược và các ông bà, trưởng các khoa/phòng liên quan căn cứ quyết định để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về Đấu thầu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HTMĐTQG;
- Lưu: VT; TCKT; KD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG

BSCKII. Nguyễn Đức Quân

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG

SỞ Y TẾ BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phụ lục I: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026
của Bệnh viện Mắt Hải Phòng thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng

(Kèm theo Quyết định số 956 /QĐ-BVM ngày 16 /9/2026 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính										
1	Bệnh viện Mắt Hải Phòng	Gói thầu: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng	Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc phục vụ cho phẫu thuật khúc xạ	**680.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Sáu trăm, tám mươi triệu đồng chẵn)*	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến rút gọn		30 ngày	Tháng 9 năm 2026	Trọn gói	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu					**680.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Sáu trăm, tám mươi triệu đồng chẵn)*								

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG

Phụ lục II: DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026
của Bệnh viện Mắt Hải Phòng thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm máy đếm tế bào nội mô giác mạc năm 2026 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng
(Kèm theo Quyết định số 956 /QĐ-BVM ngày 16 /9/2026 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng)

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật/ Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá kế hoạch (đã bao gồm VAT và tất cả các chi phí khác)	Thành tiền kế hoạch (VNĐ)
1	Máy đếm tế bảo nội mô giác mạc	1. Yêu cầu chung : - Thiết bị mới 100% - Máy chính được sản xuất năm 2026 trở về sau - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương - Xuất xứ máy chính: tại một trong các nước châu Âu hoặc thuộc nhóm G7 - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa tới ≥ 25 độ C + Độ ẩm tối đa tới ≥ 75% 2. Yêu cầu về cấu hình: Máy đếm tế bảo nội mô giác mạc kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Bao phủ máy: 01 cái	Theo quy cách của nhà sản xuất	Máy/Cái	01	680.000.000	680.000.000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật/ Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá kế hoạch (đã bao gồm VAT và tất cả các chi phí khác)	Thành tiền kế hoạch (VNĐ)
		- Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Dây nguồn: 01 chiếc - Chân bàn điều khiển điện: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 3. Tính năng kỹ thuật của thiết bị: - Phạm vi chụp: ≥ 0,25mm x 0,54mm - Số điểm chụp: + Trung tâm: 1 vị trí + Cạnh trung tâm: ≥ 6 vị trí + Ngoại biên: ≥ 6 vị trí - Phân tích dữ liệu tự động - Có chức năng đo độ dày giác mạc trung tâm - Phạm vi đo bề dày giác mạc: từ ≤ 400 µm đến ≥ 750 µm - Có tối thiểu các thông số phân tích sau: + Số lượng tế bào phân tích (Number) + Mật độ tế bào (CD) + Tính trung bình số tế bào trong khu vực (AVG) + Đo độ lệch chuẩn của tế bào trong khu vực (SD) + Tính hệ số biến thiên của tế bào trong khu vực (CV) + Kích thước tế bào lớn nhất trong khu vực (Max) + Kích thước tế bào nhỏ nhất trong khu vực (Min) + Tỷ lệ tế bào lục giác trong khu vực (HEX hoặc 6A)					

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật/ Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá kế hoạch (đã bao gồm VAT và tất cả các chi phí khác)	Thành tiền kế hoạch (VNĐ)
		- Có các biểu đồ: + Sự phân bố về hình dạng (Pleomorphism) + Sự phân bố về kích thước (Polymegathism). - Màn hình cảm ứng: ≥ 8,4 inches, có thể thay đổi độ nghiêng - Máy in nhiệt tích hợp					
TỔNG CỘNG: 680.000.000 đồng ***(Bằng chữ: Sáu trăm, tám mươi triệu đồng)***							